

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 833157/2016

Equipamento: Eletrocardiógrafo

Quantidade: 01 unidade

Equipamento: Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica

Quantidade: 18 unidades

Cotação Eletrônica de Preços Siconv: Edital 035/2017

Objetivo

Analisar propostas referentes à aquisição de Eletrocardiógrafo e Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica para serem utilizados no Hospital Araújo Jorge.

Análise

Dentre as propostas recebidas temos:

META MÓVEIS DE METAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA: apresentou proposta para o item Cama Hospitalar Fowler Elétrica da marca Meta Hospitalar, modelo MT: 160 que após análise técnica, conclui-se que o equipamento é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, atende prazo de garantia, ofertou o menor preço, sagrando vencedora do certame.

HOSPIMENTAL INDÚSTRIA METALÚRGICA DE EQUIPTOS HOSP LTDA - apresentou proposta de Cama Fowler de 04 motores, marca Hospimental, modelo HM.2002 B que após análise técnica, conclui-se que o equipamento não é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, pois não atende no quesito capacidade mínima de 230 Kg, conforme solicitado em edital e não apresentou o teste de salt spray (nevoa salina) comprovando qualidade e tratamento de superfície e pintura e não ofertou o menor preço.

MEDI SAÚDE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELLI - ME – apresentou proposta de Cama Fowler Elétrica da marca Medi Saúde, modelo MS: 11.001- G que após análise técnica, conclui-se que o equipamento não é compatível com as especificações técnicas do termo de



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070
www.accg.org.br

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. J. Araújo', is located in the bottom right corner of the page.

referência, pois não atendeu o quesito teste de salt spray (nevoa salina) comprovando qualidade e tratamento de superfície e pintura e não ofertou o menor preço.

KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTO MÉDICO LTDA - apresentou proposta de Cama Elétrica Suíte Master, marca/modelo KSS que após análise técnica, conclui-se que o equipamento não é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, pois não possui indicador de ângulo, não apresentou teste de salt spray (nevoa salina) comprovando qualidade e tratamento de superfície e pintura e não ofertou o menor preço.


ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - apresentou proposta de Eletrocardiógrafo da marca Edan, modelo SE-3 que após análise técnica, conclui-se que o equipamento é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, prazo de garantia e ofertou o menor preço, sagrando vencedora.

TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI – ME - apresentou proposta de Eletrocardiógrafo da marca Bionet, modelo Cardiocare 2000 que após análise técnica, conclui-se que o equipamento é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, prazo de garantia, porém não ofertou menor preço.

CONCLUSÃO

Após analisar as propostas apresentadas, as especificações técnicas das Camas Hospitalares Tipo Fawler Elétrica e Eletrocardiógrafo, conclui-se que os equipamentos que atendem o termo de referência do edital, a empresa Meta Móveis De Metais Indústria e Comércio Ltda ofertou proposta de menor preço para o item cama hospitalar, atendendo as especificações técnicas do edital e a empresa Inovação Serviços e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda ofertou melhor preço para o item Eletrocardiógrafo, atendendo as especificações técnicas do edital, ambas vencedoras do certame.

Goiânia, 29 de dezembro de 2017.


André Luiz Rosso
Engenheiro Clínico - ACCG



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070
www.accg.org.br