

## AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS REFERENTE AO CONVÊNIO 836721/2016

**Equipamento:** Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico

**Quantidade:** 01 unidade

**Equipamento:** Eletrocardiógrafo

**Quantidade:** 01 unidade

**Cotação Eletrônica de Preços Siconv:** Edital 033/2017

### Objetivo

Analisar propostas referentes à aquisição de Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico e Eletrocardiógrafo para serem utilizados no Hospital Araújo Jorge

### Análise

Dentre as propostas recebidas temos:

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA:** Ofertou proposta de 01 (um) Ventilador Pulmonar Microprocessado, marca Leistung, modelo, LUFT3. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, a mesma analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Termo de Referência, que após análise, foi concluído que o equipamento é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, atende o prazo de garantia é compatível, equipamento de boa qualidade e manutenção local, o equipamento atende as necessidades da instituição e apresentou proposta abaixo do plano de aplicação aprovado.

**ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA:** Ofertou proposta de 01 (um) Eletrocardiógrafo, marca EDAN, modelo SE – 1200 Express, Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, a mesma analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Termo de Referência, que após análise, foi concluído que o equipamento não é compatível no quesito que diz respeito peso, pois no edital foi solicitado peso máximo de 3,5 Kg e o equipamento proposto pesa aproximadamente 6,5kg, sendo assim desclassificado, haja vista que o peso é fator determinante no uso do equipamento em questão.



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000  
Rua 239, nº 206, St. Universitário  
Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070  
www.accg.org.br

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Araújo', is located in the bottom right corner of the page.

**INOVACÃO SERV E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:** Ofertou proposta de 01 (um) Eletrocardiógrafo, marca Philips, modelo, TC10. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, a mesma analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Termo de Referência, que após análise, foi concluído que o equipamento é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, atende o prazo de garantia é compatível, equipamento de boa qualidade e manutenção local, o equipamento atende as necessidades da instituição e apresentou proposta abaixo do plano de aplicação aprovado.

**TARCAL COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI:** Ofertou proposta de 01 (um) Eletrocardiógrafo, marca TEB, modelo, TEB C30+. Conforme avaliação feita pelos responsáveis técnicos designados, a mesma analisou a compatibilidade do equipamento com as especificações técnicas do Termo de Referência, que após análise, foi concluído que o equipamento não é compatível com as especificações técnicas do termo de referência, pois o equipamento não apresenta impressão em tamanho A4 ou carta ofício, conforme solicitado em edital e não apresentou o menor preço do certame.

## CONCLUSÃO

Após analisar as propostas apresentadas pelas empresas, as especificações técnicas dos equipamentos, conclui-se que o equipamento Ventilador Pulmonar Microprocessado atende as especificações do termo de referência, sendo que a empresa Leistung Equipamentos Ltda foi a única empresa que ofertou proposta para o item, equipamento Ventilador Pulmonar Pressométrico a qual apresentou a melhor proposta, atendendo os requisitos técnicos, boa qualidade, e menor preço, portanto foi declarada vencedora do item. A empresa Inovação Serviços e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, apresentou a melhor proposta para o item Eletrocardiógrafo, o qual atende as especificações técnicas do edital, sagrando vencedora do certame.

Goiânia, 28 de dezembro de 2017.

  
André Luiz Rosso  
Engenheiro Clínico - ACCG



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000  
Rua 239, nº 206, St. Universitário  
Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070  
[www.accg.org.br](http://www.accg.org.br)