

EDITAL
COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS N.º 007/2020.

Processo N.º 8887430072019/2020.

Prazo para entrega das propostas: Até 29/05/2020.

Local para entrega das propostas: Rua 239, n.º 206, CEP: 74.605-070 Setor Universitário, Goiânia – Goiás. Aos cuidados de Lamartine Nepomuceno, na Divisão de Parcerias Públicas, 1º andar, ou através do e-mail: licitacao@accg.org.br

RECIBO DE EDITAL

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS N.º 007/2020.
PROCESSO N.º 8887430072019/2020.

Nome da licitante: _____

CNPJ/MF: _____

Endereço: _____ CEP: _____ Cidade: _____

Estado: _____ Telefones: _____

E-mail: _____ Pessoa de contato: _____

Assinatura: _____

Este recibo deverá ser devidamente preenchido e enviado para o e-mail: licitacao@accg.org.br

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS N° 007/2020.

A Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, por meio de seu presidente Cláudio Francisco Cabral, informa que está instaurado processo de cotação eletrônica de preços, destinado à seleção da proposta mais vantajosa para a aquisição de Capela Fluxo Laminar, Monitor Multiparametrico - UTI, Estufa de Secagem e Esterilização, Transiluminar Cutâneo (Venoscópio), Foco Cirúrgico de Solo Móvel, Oxímetro Pulso, Bisturi Elétrico (A partir de 151 W), Aparelho de Ar Condicionado de 12.000 Btus, Suporte de Soro e Estetoscópio conforme descritivo constante do Anexo I, o qual será regido pelas condições estabelecidas no presente edital de cotação eletrônica e nos seus anexos.

Os recursos que viabilizarão a aquisição do objeto da presente cotação eletrônica de preços são provenientes do Fundo Nacional de Saúde – n° 25000.187086/2019-15 – Convênio PLATAFORMA+BRASIL n° 888743/2019 – Proposta n° 049055/2019.

1. OBJETO

A presente cotação tem por fim a ampla consulta de preços para aquisição de Capela Fluxo Laminar, Monitor Multiparametrico - UTI, Estufa de Secagem e Esterilização, Transiluminar Cutâneo Venoscópio, Foco Cirúrgico de Solo Móvel, Oxímetro Pulso, Bisturi Elétrico (A partir de 151 W), Aparelho de Ar Condicionado de 12.000 Btus, Suporte de Soro e Estetoscópio, conforme especificações constantes do Termo de Referência que integra este edital como Anexo I.

1.1 São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

- a) ANEXO I – Termo de Referência;
- b) ANEXO II – Minuta do Contrato;
- c) ANEXO III – Declaração de trabalho do menor;
- d) ANEXO IV – Declaração de inexistência de fato impeditivo e de fato impeditivo superveniente à sua participação;
- e) ANEXO V – Atestado de capacidade técnica;
- f) ANEXO VI – Declaração expressa de que os produtos ofertados condizem com as especificações exigidas no Termo de Referência;
- g) ANEXO VII – Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas;

2. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

Os interessados deverão apresentar suas propostas de preços, até as 17:00, dia 29 de maio de 2020,

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

A proposta de preços deverá ser apresentada por escrito, na Rua 239, nº 206, Setor Universitário – Goiânia/GO, CEP 74.605-070, 2º andar, Setor de Convênios Institucionais, ou através do e-mail: licitacao@accg.org.br, devidamente assinada, digitalizada e/ou dentro de envelope identificado, para o caso de entrega em meio físico, conforme segue:

De: (Nome da Empresa Proponente)

Endereço (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado e CEP)

Fone/Fax:

Para: Associação de Combate ao Câncer em Goiás - ACCG

A/C: Lamartine Nepomuceno Silva

Rua 239, 206 – Setor Universitário – Goiânia/GO CEP: 74.065-070.

“COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS 007/2020.”

Objeto Capela Fluxo Laminar, Monitor Multiparametrico - UTI, Estufa de Secagem e Esterilização, Transiluminar Cutâneo Venoscópio, Foco Cirúrgico de Solo Móvel, Oxímetro Pulso, Bisturi Elétrico (A partir de 151 W), Aparelho de Ar Condicionado de 12.000 Btus, Suporte de Soro e Estetoscópio.

3.1. Dentro do envelope ou anexo ao e-mail, a empresa proponente deverá encaminhar a sua PROPOSTA DE PREÇOS em Reais (R\$), em papel timbrado, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datada, numerada sequencialmente, rubricada e assinada pelo representante da empresa, contendo as seguintes informações:

3.1.1. Identificação e endereço completo da empresa proponente;

3.1.2. Descrição dos equipamentos cotados de forma correta e clara, identificando todos os itens do termo de referência;

3.1.3. Oferta objetiva e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado;

3.1.4. Validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta dias);

3.1.5. Prazo de entrega máximo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato;

3.1.6. Declaração expressa de que os produtos ofertados condizem com as especificações exigidas no Termo de Referência (Anexo I), em especial com as características técnicas;

3.1.7. Declaração expressa de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, diretos e indiretos, tais como, mas não se limitando a tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro, instalação e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital (Anexo VII);

3.2. Juntamente com a proposta de preços, a empresa proponente deverá anexar os seguintes documentos, relativos aos equipamentos cotados:

3.2.1. Declaração assegurando que a garantia do equipamento será conforme o especificado no presente edital, obrigando-se, ainda, e independentemente de ser ou não fabricante, a substituir, a qualquer tempo, dentro do período de garantia, os equipamentos que apresentarem defeito de fabricação e/ou divergência com as especificações oferecidas, sem qualquer ônus para a ACCG.

3.2.2. Conter catálogos, folhetos ilustrativos, literatura técnica ou manual de manutenção.

3.2.3. Data, assinatura e identificação do signatário.

3.2.4. Indicação de onde serão realizados os serviços de assistência técnica, que poderão ser prestados pelo próprio fabricante, revendedor, ou por meio de empresa de assistência técnica/manutenção oficialmente credenciada. Neste último caso, deverá ser indicado o nome, endereço, telefone e e-mail da empresa. O prazo da assistência técnica corresponderá ao prazo de garantia dos produtos.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1 O presente processo de cotação segue as regras do artigo 11 e seguintes do Decreto Federal nº 6.170/2007, e das demais normas vigentes que lhe forem aplicáveis. A escolha da melhor proposta será realizada pela Direção da ACCG, juntamente com sua equipe técnica, com observação do conjunto de critérios descritos no item 4.2 deste edital.

4.2 Além do melhor preço, primeiro critério a ser observado, serão considerados como critério de escolha, em caso de empate entre duas ou mais propostas, nessa ordem, os seguintes critérios: avaliação da equipe técnica; existência de outros equipamentos da mesma marca na instituição (visando à padronização e a facilitação da manutenção e reposição de peças); prazo(s) de entrega; e prazo(s) de garantia.

4.3 O resultado da avaliação das propostas será divulgado no sitio da instituição: www.accg.org.br.

4.4 Após homologada, esta cotação não poderá ser impugnada.

4.5 A empresa cuja proposta de preços for escolhida será comunicada diretamente pela direção da ACCG, por meio de correspondência ou e-mail, site da instituição, além de contato telefônico, devendo apresentar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da ciência do resultado, os seguintes documentos:

4.5.1 Relativos à capacidade Jurídica:

4.5.1.1 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado dos documentos referentes às eleições de seus administradores;

4.5.1.2 Inscrição do ato constitutivo ou ato constitutivo em vigor, no caso de Sociedades Civas, acompanhada de prova da eleição da diretoria em exercício, devidamente registrado em cartório.

4.5.1.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

4.5.2 Relativos à Regularidade Fiscal:

4.5.2.1 Certificado de Regularidade de Situação junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal - CEF;

4.5.2.2 Certidão Negativa de Débitos expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - CND/INSS.

4.5.2.3 Prova de regularidade tributária para com a Fazenda Federal - Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e de Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal, comprovando sua regularidade fiscal em âmbito federal;

4.5.2.4 Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante;

4.5.2.5 Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, comprovando sua regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante;

4.5.2.6 Prova de inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF;

4.5.2.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos do Art. 642-A, da Consolidação das Leis do Trabalho.

4.5.3 Qualificação Econômico-Financeira:

4.5.3.1 Certidão Negativa de Falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor ou pelos cartórios de registro de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial do principal estabelecimento da empresa proponente.

4.5.3.2 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Contudo, conforme dispõe a Instrução Normativa 787/07, as empresas tributadas pelo Lucro Real e pelo Lucro Presumido passarão a entregar o SPED Contábil. Nesses casos, a documentação deverá ser acompanhada de uma declaração do contador, afirmando que a empresa é optante da tributação pelo Lucro Real ou pelo Lucro Presumido.

4.6 No ato da entrega da documentação e respectiva conferência, a empresa deverá firmar o contrato de fornecimento, contendo as condições da compra e venda ora efetivada, inclusive com previsão de aplicação de multa diária para o caso de mora no cumprimento dos prazos estabelecidos neste edital e constante na proposta de preços oferecida.

4.7 A entrega do(s) produto(s) adquirido(s) deverá ser única e ocorrerá após a emissão da autorização de fornecimento, diretamente no Setor de Patrimônio da ACCG na Rua 239 nº 181, Setor Universitário, CEP. 74.605-070, Goiânia/GO, sem qualquer ônus a instituição, de segunda a sexta- feira, no horário compreendido entre às 08h e às 17h, acompanhado da respectiva nota fiscal e mediante prévia comunicação à ACCG.

4.8 O pagamento relativo à aquisição do equipamento será efetuado à vista, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após o aceite da nota fiscal.

4.8.1 A empresa deverá mencionar, na respectiva nota fiscal/fatura, informações sobre o produto, tais como a marca sob o qual o mesmo é comercializado, fabricante, país de origem, modelo, descrição técnica detalhada, informações quanto ao adequado funcionamento e utilização do objeto contratado. Na nota fiscal/fatura deverá constar, ainda, o número do convênio, o número do contrato de fornecimento e o número da presente cotação eletrônica de preços.

4.8.1.2 A empresa fornecedora deverá garantir o fornecimento de peças, componentes e acessórios descontinuados por 05 (cinco) anos, a contar da aquisição do equipamento.

4.8.1.3 A apresentação de proposta na presente cotação eletrônica de preços implica aceitação integral, por parte da proponente/fornecedora, de todas as condições e obrigações constantes neste edital.

4.8.1.4 Dúvidas poderão ser dirimidas até 03 (três) dias úteis antes da abertura das propostas, diretamente na sede da ACCG ou através do e-mail: licitacao@accg.org.br entre o período de 09h00min e 17h00min.

5. PARTICIPAÇÃO

5.1 Não poderão participar empresas cujo(s) sócio(s), dirigente(s) ou administrador (es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, ou que sejam cônjuge, companheiro(a), filho(a), pai, mãe ou irmão de servidor(es)/empregado(s) ou diretor(es) da ACCG, conforme a Lei nº 10.406/2002.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2020.

Associação de Combate ao Câncer em Goiás
Cláudio Francisco Cabral
Presidente da ACCG

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

JUSTIFICATIVA

A presente cotação tem com objeto a aquisição de Capela Fluxo Laminar, Monitor Multiparamétrico - UTI, Estufa de Secagem e Esterilização, Transiluminar Cutâneo Venoscópio, Foco Cirúrgico de Solo Móvel, Oxímetro Pulso, Bisturi Elétrico (A partir de 151 W), Aparelho de Ar Condicionado de 12.000 Btus, Suporte de Soro e Estetoscópio, visando melhorar a tecnologia para melhor atender os pacientes da instituição.

CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

O(s) equipamento(s) a ser (em) adquirido(s) no presente certame é(são) classificado(s) como equipamento(s) técnico(s), que é(são) encontrado(s) apenas em fornecedores específicos.

ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL

A estimativa de investimento previsto, com a aquisição pelo valor do convênio é de R\$ 181.548,00 (cento e oitenta e um mil e quinhentos e quarenta e oito reais).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Item 01 – Capela Fluxo Laminar: Equipamento de fluxo unidirecional horizontal, para a manipulação de materiais não contaminados. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático e plataforma em aço inoxidável AISI 304, e as laterais em vidro para melhor visualização dos trabalhos. Sistema de ventilação tipo siroco. Filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, pré-filtro plissado sintético, moldura papelão. Filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura galvanizada. Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da cabine e outros parâmetros. Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de no mínimo 20 Watts e lâmpada germicida. Dimensão interna de aproximadamente 50 x 95 x 55cm. Necessário registro na Anvisa, garantia mínima de 12 meses, apresentação de assistência técnica na região e devida documentação de representação do fabricante.

Quantidade: 01 (um) unidade

Valor Unitário Estimado: R\$ 26.000,00

Item 02 – Monitor Multiparametrico - UTI:

1. Aplicação Geral:

1.1. Utilizado em pronto atendimentos, salas de cirurgias, unidades de cuidados intensivos e semi-intensivos, em pacientes adultos, pediátricos e neonatais para monitoração dos seguintes parâmetros:

1.1.1. Eletrocardiograma (ECG);

1.1.2. Respiração;

1.1.3. Oximetria de Pulso (SpO₂);

1.1.4. Pressão Arterial Não-Invasiva (PNI);

1.1.5. Temperatura;

1.1.6. Pressão Invasiva (PI) – 02 canais

1.1.7. Capnografia (CO₂)

1.1.8. Débito Cardíaco (CO)

1.1.9. Análise de no mínimo 20 arritmias e ST;

2. Características Gerais:

2.1. Visualização simultânea de no mínimo 10 canais de curvas/parâmetros individuais com configuração da ordem/seqüência das curvas totalmente definidas pelo usuário;

2.2. Os parâmetros: Eletrocardiograma (ECG), Pressão Não Invasiva (PNI), Oximetria de Pulso (SpO₂), Respiração, Temperatura, Pressão Invasiva (PI), Capnografia (CO₂), Débito Cardíaco (CO), conjugados através de módulos (rack extensor) e/ou no próprio monitor;

2.3.1.1 Não sendo permitida a interface com outros equipamentos para utilização dos parâmetros adicionais;

2.3. Segurança:

2.3.1. Proteção contra descarga de desfibrilador;

2.3.2. Proteção contra interferência de bisturi elétrico;

2.3.3. Detecção de pulso de marca-passo;

2.4. Monitor colorido com:

2.4.1. Tela de cristal líquido (LCD) de matriz ativa, sensível ao toque;

2.4.2. Dimensão mínima de 12 polegadas

2.5. Interfaces de conexão:

2.5.1. Possibilidade de integração ao Sistema de Informações

Hospitalar (HIS);

2.5.2. Com central de monitoração;

2.5.2.1. Com impressora de rede;

2.5.3. Porta específica para sistema de sincronismo com desfibrilador;

2.5.4. Portas de comunicação nos padrões descritos abaixo:

2.5.4.1. Serial RS 232 ou USB, ou cartão, para upgrades de software e/ou importação de dados;

2.5.4.2. Padrão Ethernet, saída RJ-45, com endereçamento TCP/IP para comunicação em rede e/ou com central de monitoração, ou alguma outra saída que execute a mesma função comprovada;

2.5.4.3. Saída de vídeo VGA ou DVI ou RGB, para conexão com monitor-escravo;

2.6. Capacidade de imprimir em impressora externa (via rede/central) os dados do paciente:

2.6.1. Curvas;

2.6.2. Tendências;

2.6.3. Eventos de alarmes;

3. Características do Software:

3.1. Armazenamento de 72 horas de tendências gráficas e/ou numéricas, para permitir o acompanhamento da evolução do paciente;

3.2. Auto-teste de diagnóstico funcional, ao ligar o equipamento;

3.3. Apresentação de mensagens funcionais no display;

3.4. Memória constante para parâmetros pré-configurados, deve apresentar sua última configuração após ser ligado;

3.5. Upgrades de software sem a necessidade de abrir o monitor para a troca de componentes;

3.6. Permitir ao operador selecionar e ajustar os parâmetros:

3.6.1. Hora;

3.6.2. Data;

3.6.3. Identificação do paciente;

3.6.4. Monitoração:

3.6.4.1. Adulto;

3.6.4.2. Infantil;

3.6.4.3. Neonatal;

4. Características do ECG:

4.1. Monitoração e apresentação simultânea de:

4.1.1. Mínimo 03 derivações;

4.2. Faixa mínima para amostragem de FC: 20 a 300 bpm

4.3. Velocidade: 12.5, 25 e 50mm/s

4.4. Alarmes audiovisuais de:

4.4.1. Bradicardia;

4.4.2. Taquicardia;

4.4.3. Apneia;

- 4.4.4. Eletrodo solto;
- 4.4.5. Análise ST
- 4.5. Reconhecimento de:
 - 4.5.1. Pulso de marca passo;
 - 4.5.2. Eletrodo solto;
- 4.6. Monitoração de segmento ST em todas as derivações;
- 4.7. Alarmes do segmento ST, para variação em:
 - 4.7.1. Uma única derivação;
 - 4.7.2. Em múltiplas derivações;
- 4.8. Análise de arritmias no monitor, sem a necessidade de estar conectado a uma central de monitoração;
- 4.9. Análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais;
- 5. Respiração:
 - 5.1. Faixa de frequência respiratória de 3 a 120 rpm ;
 - 5.2. Apresentação da curva de respiração;
 - 5.3. Alarme de apneia com tempo programável;
- 6. Oximetria de Pulso (SpO 2):
 - 6.1. Saturação de oxigênio, na faixa de 0 a 100%;
 - 6.2. Frequência cardíaca, na faixa de 30 a 300 bpm;
 - 6.3. Índice de perfusão: 0 a 100
 - 6.4. Apresentação da curva plestimográfica;
 - 6.5. Captação de saturação em neonato;
 - 6.6. Medida em baixa perfusão e movimento;
- 7. Pressão Arterial Não-Invasiva (PNI):
 - 7.1. Medição por método oscilométrico;
 - 7.2. Apresentação dos valores das pressões:
 - 7.2.1. Sistólica;
 - 7.2.2. Média;
 - 7.2.3. Diastólica;
 - 7.3. Modos de operação:
 - 7.3.1. Manual, por tecla dedicada;
 - 7.3.2. Automático, com intervalos de medições de 01 a 120 minutos, programados pelo operador;
 - 7.4. Indicação sonora e visual de falhas de operação ou técnicas;
 - 7.5. Faixa de Medição: 10 a 270 mmHg

8. Temperatura:

8.1. 02 canais simultâneos com visualização independentes;

8.2. Permitir os tipos de medidas:

8.2.1. Esofágica

8.2.2. Retal;

8.2.3. Por contato de superfície;

9. Pressão Arterial Invasiva:

9.1. 02 canais com visualização independente das curvas;

9.2. Faixa de medição de -30 a 300 mmHg;

9.3. Apresentação das pressões:

9.3.1. Sistólica;

9.3.2. Média;

9.3.3. Diastólica;

9.4. Medição de pressões:

9.4.1. Pressão Arterial, Pressão venosa central, Pressão átrio esquerdo,

Pressão da artéria pulmonar, Pressão arterial umbilical, Pressão venosaumbilical, Pressão do átrio direito,

Pressão intracraniana, PressãoAórtica.

10. Capnografia (EtCO₂):

10.1. Apresentação da curva de Capnografia em tempo real;

10.2. Apresentação numérica da frequência respiratória.

10.3. Utilização em pacientes adultos, pediátricos e neonatos;

11. Débito Cardíaco (CO):

11.1. Realizar a medição através do módulo de termodiluição;

12. Alarmes:

12.1. Alarmes audiovisuais, em 03 categorias diferentes:

12.1.1. Prioridade baixa;

12.1.2. Prioridade moderada;

12.1.3. Prioridade alta;

12.2. Ajustes de limites máximos e mínimos de alarmes para todos os parâmetros do subitem 1.1.;

13. Características Elétricas:

13.1. Alimentação elétrica: Sistema bivolt automático de tensão 100 – 240VAC;

13.2. Frequência: 50/60Hz

13.3. Bateria(s) de emergência:

13.3.1. Interna(s);

13.3.2. Autonomia, em funcionamento contínuo de no mínimo 1 hora.

13.3.3. Recarregável automaticamente ao conectar o equipamento a rede elétrica, carregador interno;

14. Acessórios mínimos:

14.1. 01 cabo paciente reutilizável para ECG de 05 vias; (pré cabo + cabo)

14.2. Conjunto com 50 eletrodos no mínimo;

14.3. 01 sensor de dedo para oximetria, reutilizável tamanho adulto (pré cabo + sensor);

14.4. 01 manguito para pressão não-invasiva, reutilizável, tamanho adulto;

14.5. 01 manguito para pressão não-invasiva, reutilizável, tamanho obeso;

14.6. 01 Mangueira reutilizável para PNI;

14.7. 01 Sensor reutilizável, para medição de temperatura retal/esofágico;

14.8. 01 Sensor de Capnografia reutilizável;

14.9. 01 Adaptador de vias aéreas reutilizável;

14.10. 01 Cabo de Interface reutilizável para Débito Cardíaco;

14.11. 01 pré cabo para o sensor de temperatura;

14.12. 01 sensor reutilizável de temperatura de pele;

14.13 01 conjunto de cabo de PI com acessório para uso.

**ACOMPANHAM TODOS OS ACESSÓRIOS/SENSORES/TRANSDUTORES
NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO.**

15. Certificações exigidas, Registro Definitivo Anvisa.

15.1. NBR IEC 60601-2-27.

15.2. NBR 60601-2-30.

15.3. Certificado de Boas Práticas de Fabricação.

15.4. Certificado de Proteção contra respingos IPX 1.

15.5. Catálogos que comprovem as características técnicas

16. Garantia mínima de 12 meses para peças e serviços, após o aceite do equipamento, ou seja, após a instalação e o treinamento.

17. Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA, a empresa deverá entregar, obrigatoriamente, no momento da proposta, a cópia do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

18. Equipamento deverá ser entregue com manual de operação ou instrução de uso em português;

19. Equipamento deverá ser entregue com manual de serviço em português ou inglês, com termo de confidencialidade, se necessário;

20. Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);

21. Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás ou Brasília;
22. Equipamento deverá ser entregue e instalado no local indicado pela Engenharia Clínica;
23. É obrigatória a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento.

Quantidade: 01 (um) unidade

Valor Unitário Estimado: R\$ 35.000,00

Item 03 – Estufa de Secagem e Esterilização: Estufa de esterilização com capacidade mínimo de 40 litros, para secagem e esterilização câmara interna em aço inox aisi 304, estrutura: cabine externa em aço com tratamento antiferruginoso com pintura epoxi porta com isolamento térmico e sistema de vedação em silicone, com termômetro sobressalente, bandejas removíveis, temperatura regulável até 200°C no mínimo, controle digital microprocessado, lâmpada piloto, chave liga/desliga, dimensões aproximadas: interna (a400 x l350 x p300mm), externa (a750 x l500x p500mm), potência em torno de 800w, alimentação: 220v-60hz, acompanha: todos os dispositivos e serviços necessários ao completo funcionamento.

Garantia mínima de 12 meses para peças e serviços, após o aceite do equipamento, ou seja, após a instalação e o treinamento.

Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA, a empresa deverá entregar, obrigatoriamente, no momento da proposta, a cópia do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Equipamento deverá ser entregue com manual de operação ou instrução de uso em português;

Equipamento deverá ser entregue com manual de serviço em português ou inglês, com termo de confidencialidade, se necessário;

Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);

Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma.

Equipamento deverá ser entregue e instalado no local indicado pela Engenharia Clínica;

É obrigatória a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento.

Quantidade: 01 (um) unidade

Valor Unitário Estimado: R\$ 4.500,00

Item 04 – Transiluminador Cutâneo (Venoscópio): Equipamento utilizado para localizar e visualizar veias em pacientes adulto/pediátrico através da projeção da luz sendo capaz de permear o tecido subcutâneo. Deve ser portátil, não invasivo, confeccionado em material termoplástico. Deve possuir sistema com hastes rotativas em 90° com iluminação através de LEDs de alta intensidade, dotado de chave seletora para ligar e selecionar a intensidade da luz (média e alta). Deve possuir indicador de carga de bateria. Deve ser alimentado através de bateria interna recarregável e o carregador de bateria deve ser bivolt. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carregador de baterias bivolt, 01 suporte tipo clipe para cinta, 02 tiras de velcro e 01 DVD de treinamento. Deve apresentar registro válido na ANVISA, garantia de 12 meses, assistência técnica que atenda a região comprovada com documentação de representação do fabricante.

Quantidade: 05 (cinco) unidades

Valor Unitário Estimado: R\$ 1.500,00

Item 05 – Foco Cirúrgico Móvel: Foco móvel auxiliar à LED no mínimo 100.000 LUX, com ajuste da intensidade luminosa; sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas; pedestal com rodízios, braços articulados, dois pares de manoplas autoclaváveis.

Garantia mínima de 12 meses; deve apresentar registro válido da ANVISA. É obrigatória a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento.

Alimentação elétrica de 220V/60Hz, fusíveis de proteção.

Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);

Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma.

Quantidade: 02 (dois) unidades

Valor Unitário Estimado: R\$ 22.014,00

Item 06 – Oxímetro de Pulso:

- * Portátil;
- * Tecnologia nellcor;
- * Visor lcd colorido de alta resolução;
- * Indicação da spo₂, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências;
- * Tela de no mínimo 2”;
- * Níveis de alarmes ajustáveis da spo₂ e frequência cardíaca;
- * Memória interna para armazenar no mínimo 90hs dos dados e tendências;
- * Indicador luminoso de alerta;
- * Software para armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de conexão usb;
- * Alimentação bivolt automático;
- * Bateria recarregável com autonomia de 20 h e carregador integrado;
- * Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo;
- * Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal;
- * Atender a norma brasileira NBR IEC 60601-1;
- * Registro no Ministério da Saúde;
- * Peso máximo: 350 g (com baterias e sensor);
- * Acompanha: - 3 sensores de spo₂ adulto reutilizáveis com tecnologia nellcor, com cabo de aproximadamente 1,18 m de comprimento;
- Baterias recarregáveis;

Garantia mínima de 12 meses; deve apresentar registro válido da ANVISA. É obrigatória a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento.

Alimentação elétrica de 220V/60Hz, fusíveis de proteção.

Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);

Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma."

Quantidade: 02 (dois) unidades

Valor Unitário Estimado: R\$ 2.500,00

Item 07 – Bisturi Elétrico (A partir de 151 W): Gerador com potência mínima de 300W, microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e

corde, alterando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes tipos de tecidos, isso reduz a dispersão térmica nos tecidos adjacentes.

Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG.

Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Acionamento de energia através da caneta monopolar e através dos pedais.

Ajustes independentes das funções e das saídas de energia monopolar. Poderá ser utilizado em pequenas, medias e grandes cirurgias, cirurgias convencionais e videocirurgia. Para os modos de corte, coagulação e bipolar em cirurgias laparoscópicas. As saídas de corte baixo e coagulação baixa devem utilizar voltagens mais baixas para reduzir os riscos da eletrocirurgia.

Principais características: Memoriza a ultima potência em caso de interrupção cirúrgica, permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, módulos monopulares e bipolar independentes, permite o uso de pedal monopolar e bipolar, permite o uso de pinças monopulares, monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa).

Modos de operação: Bipolar (baixo, médio e macro), Monopolar (Corte e Coagulação). O equipamento deve dispor de duas saídas monopulares (canetas e videocirurgia), uma saída bipolar e uma entrada para uso de placas descartáveis.

Especificação técnica do gerador: Corte puro (300W), Blend 1 (200W), Coagulação (120W), Coagulação (120W - baixa potência) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro.

Deve ser compatível com sistema de gás argônio.

Acessórios que acompanham o equipamento:

01 unidade de carro de transporte

01 pedal monopolar,

01 pedal bipolar

01 adaptador universal para cirurgia laparoscópica

02 canetas descartáveis

05 canetas com comando por pedal, com cabo fixo

01 jogo de eletrodos com 05 unidades

05 placas adesivas descartáveis

01 cabo para placa descartável

01 placa-paciente em aço inox (180 x 300 mm)

01 cabo para placa inox

Equipamento certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-1, 60601-1-2 e 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC).

Tensão de 220V 60Hz, chave geral de liga/desliga, e fusíveis de proteção.

Garantia mínima de 12 meses para peças e serviços, após o aceite do equipamento, ou seja, após a instalação e o treinamento.

Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA, a empresa deverá entregar, obrigatoriamente, no momento da proposta, a cópia do registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Equipamento deverá ser entregue com manual de operação ou instrução de uso em português;

Equipamento deverá ser entregue com manual de serviço em português ou inglês, com termo de confidencialidade, se necessário;

Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);

Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma.

Equipamento deverá ser entregue e instalado no local indicado pela Engenharia Clínica;

É obrigatória a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento.

Quantidade: 02 (dois) unidades

Valor Unitário Estimado: R\$ 27.000,00

Item 08 – Aparelho de Ar Condicionado de 12.000 Btus:

Características Gerais:

Ar condicionado Split Inverter 12.000 BTU, piso parede, 220 V.

Exigências:

1.1 A empresa deverá fornecer juntamente com a proposta comercial, catálogo original ou catálogo proveniente da Internet, manual de instrução e serviço em português, com a marca e modelo fornecido pelo fabricante do equipamento, de acordo com as especificações exigidas.

1.2 Garantia de qualidade integral de, no mínimo, 12 meses, a partir da data de recebimento (atesto) pelo responsável técnico indicado pela ACCG.

1.3. Declaração da empresa que a instalação, montagem e o treinamento operacional dos técnicos que utilizarão o equipamento, estão inclusos na proposta.

Quantidade: 02 (dois) unidades

Valor Unitário Estimado: R\$ 2.500,00

Item 09 – Suporte de Soro em aço inox com rodízios e 04 Ganchos:

Aplicação Básica:

Este equipamento deverá ser utilizado para colocar medicações e soroterapia.

Características Gerais:

Estrutura da base e coluna em tubo quadrado de aço inox de no mínimo 20 x 20 x 1,2 mm;

Haste com no mínimo 4 ganchos;

Rodízios de no mínimo 50 mm;

Altura regulável;

Tratamento antiferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica.

Exigências:

1.1 A empresa deverá fornecer juntamente com a proposta comercial, catálogo original ou catálogo proveniente da Internet, manual de instrução e serviço em português, com a marca e modelo fornecido pelo fabricante do equipamento, de acordo com as especificações exigidas.

1.2 Garantia de qualidade integral de, no mínimo, 12 meses, a partir da data de recebimento (atesto) pelo responsável técnico indicado pela ACCG.

1.3 Cópia do registro no Ministério da Saúde / Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou declaração de isenção do registro.

Quantidade: 01 (um) unidade

Valor Unitário Estimado: R\$ 350,00

Item 10 – Estetoscópio: Estetoscópio adulto, fabricado com aço inoxidável, tipo duplo. Deve conter 10 olivas extras e 02 membranas para troca de manutenção. Registro da ANVISA.

Proposta deve apresentar detalhadamente os itens pedidos, podendo ser desclassificada caso não apresente.

Quantidade: 01 (um) unidade

Valor Unitário Estimado: R\$ 170,00

OBSERVAÇÕES:

- 1) Todos os equipamentos deverão vir com o Manual de Operação em Português e Manual de Serviço em Português ou Inglês.
- 2) As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos.

**ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO DE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX QUE ENTRE SI CELEBRAM A
ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS, E
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (NOME DA EMPRESA).**

Aos ___ dias do mês de ___ do ano de XXXX, (nome da contratada), CNPJ/MF n.º ____, sediada na _____ (endereço completo), doravante denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo (a) Sr.(a.) ____, (nacionalidade), RG n.º ____ (número), CPF ____, e a ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS - ACCG, CNPJ/MF n.º 01.585.595/0001-57, estabelecida na Rua 239 n.º 206, Setor Universitário, em Goiânia - GO, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente Cláudio Francisco Cabral, brasileiro, RG ____, CPF ____, residente e domiciliado na _____, celebram o presente Contrato, decorrente da cotação eletrônica de preços N.º XXXXXX/XXXX, homologado pela autoridade competente, realizado nos termos do Convênio n.º XXXXXX/XXXX, firmado entre o Governo Federal, através do Ministério da Saúde e a Associação de Combate ao Câncer em Goiás - ACCG, conforme estabelece a Portaria Interministerial MP/MF/CGU n.º 424, de 30 de dezembro 2016, com aplicação subsidiária, no que couber, da Lei Federal n.º 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

Cláusula Primeira – DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição, pela CONTRATANTE, dos seguintes itens:

- Descrição: XXXXXXXX
- Quantidade: XXXXXXXXXXX
- Valor unitário: XXXXXXXXXXX
- Valor total: XXXXXXXXXXXXXXX

1.2 As especificações do(s) equipamento(s) descritos nesta cláusula constam da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, na cotação eletrônica de preços n.º 007/2020 e integram o presente instrumento para todos os fins.

Cláusula Segunda – DAS NORMAS CONTRATUAIS

2.1. O Objeto será executado conforme as condições estabelecidas na proposta apresentada pela **CONTRATADA** e nos demais documentos que fazem parte da cotação eletrônica de preços n° 888743/2019.

Cláusula Terceira – DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS

3.1. O valor do Contrato é de R\$____ e onerará recursos orçamentários do Convênio n.º 888743/2019 firmado entre o Governo Federal, pelo Ministério da Saúde e a **CONTRATANTE**.

3.2. O preço contratado permanecerá fixo e irremovível.

Cláusula Quarta - DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. A rejeição pelo controle de qualidade da **CONTRATANTE** elimina qualquer obrigação de pagamento pela **CONTRATANTE**, enquanto não forem sanadas as irregularidades apontadas.

4.2. O pagamento será realizado pela **CONTRATANTE** após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, que deverá conter a descrição dos equipamentos e o recolhimento/abatimento de multas aplicadas, se houver, e dos encargos sociais, em parcela única, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da emissão do certificado de aceitação pela **CONTRATANTE**, devendo a licitante vencedora informar à **CONTRATANTE**, por escrito, o banco, a agência e o número da conta corrente para pagamento, preferencialmente o Banco do Brasil.

4.3. No ato do pagamento, será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação no que toca à situação de regularidade fiscal da licitante, com a apresentação das certidões de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal; Certidão Negativa de Débito - CND, comprovando sua regularidade, perante a Seguridade Social – INSS; e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

4.4. O prazo de pagamento vencerá somente em dia útil de expediente bancário na cidade de Goiânia - GO, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente caso o dia de vencimento coincida com dia em que não haja expediente bancário nessa cidade.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA

5.1. Este Contrato terá vigência por 03 (três) meses a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado automaticamente por igual período, ficando adstrita a vigência aos respectivos créditos orçamentários.

5.2. As estipulações relativas às obrigações da **CONTRATADA** não se vinculam ao prazo aqui indicado, ficando aquela obrigada a prestar assistência técnica durante o prazo de garantia dos bens.

Cláusula Sexta - DO PRAZO

6.1. A CONTRATADA fica obrigada a cumprir os seguintes prazos:

6.1.1. O objeto deste Contrato deverá ser entregue no prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos após a assinatura do Contrato.

6.1.2. Se, durante a execução do Contrato, ocorrerem eventos que impeçam a entrega e execução dos serviços de instalação dos equipamentos dentro dos prazos acordados, a licitante vencedora deverá notificar, prontamente, a CONTRATANTE, por escrito, indicando as causas da demora, sua provável duração e eventuais alternativas. Logo após o recebimento do aviso da licitante vencedora, a CONTRATANTE deverá avaliar a situação e poderá, a seu critério, prorrogar o prazo estabelecido.

6.1.4. Garantia de 01 (um) ano, contados do aceite dos equipamentos, após a entrega, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE.

Cláusula Sétima – DO LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO EQUIPAMENTO

7.1. O local de entrega do equipamento e/ou materiais permanentes é no Setor de Patrimônio da Associação de Combate ao Câncer, mantenedora do Hospital Araújo Jorge, situado na Rua 239 nº 181, Setor Universitário, CEP. 74.605-070 – Goiânia - GO. No momento da entrega do objeto da presente contratação, deverá constar, na respectiva Nota Fiscal, a razão social da empresa vencedora, o número desta cotação eletrônica de preços, número da Autorização de Fornecimento e o Convênio nº 888743/2019 – MS.

7.2. Não serão aceitos equipamentos, bem como quaisquer de seus componentes, usados, refabricados ou reconicionados.

7.3. Por ocasião da entrega, o fornecedor deverá colher, no comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG) emitido pela Associação de Combate ao Câncer em Goiás, do empregado da CONTRATANTE responsável pelo recebimento.

7.4. A entrega será considerada concluída quando ocorrer a descarga dos equipamentos, implicando tão somente a transferência da responsabilidade pela guarda e conservação, sendo que o aceite somente será dado após a verificação da qualidade através de testes e posterior emissão do Certificado de Aceitação pela ACCG.

7.5. Deverão ser fornecidos no momento da entrega dos equipamentos, manual completo de operação e manutenção dos equipamentos (em português);

7.6. Constatadas irregularidades no objeto contratual, a CONTRATANTE poderá:

7.6.1. No que se refere à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades e indenizações cabíveis;

7.6.2 Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação da CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado;

7.7.1. Um determinado item será inteiramente recusado pelo CONTRATANTE nas seguintes condições:

7.7.1.1. Caso tenha sido entregue com as especificações diferentes das contidas neste contrato na proposta apresentada e demais documentos da cotação eletrônica de preços;

7.7.1.2. Caso apresente defeito em qualquer de suas partes ou componentes, durante os testes de conformidade e verificação.

7.8. A emissão do Certificado de Aceitação dos Equipamentos será efetuada após operacionalização do mesmo, uma vez verificado o atendimento integral da quantidade e das especificações contratadas, emitido pela ACCG.

Cláusula Oitava – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO

8.1. Qualquer que seja a modalidade escolhida pela licitante, deverá ser entregue, no ato da assinatura do Contrato, o respectivo comprovante ao órgão requisitante.

8.2. A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste Contrato com garantia e assistência técnica de, no mínimo, 01 (um) ano a partir da data da emissão do Certificado de Aceitação dos Equipamentos, para todos os itens especificados no Anexo I do Edital relativo à Cotação de Preço N.º 888743/2019, incluindo acessórios.

8.3. A manutenção preventiva e corretiva do(s) equipamento(s) objeto deste contrato será realizada pela Assistência Técnica autorizada da CONTRATADA, com os dados indicados a seguir:

Nome:

Endereço completo:

Telefone:

E-mail:

8.4. O atendimento da Assistência Técnica em no máximo, em 24 (vinte e quatro) horas, a contar da comunicação do defeito pela CONTRATANTE;

8.5. O prazo máximo para concluir os reparos será de 05 (cinco) dias úteis, a partir da comunicação referida no item 8.4.;

8.6. Decorridos os prazos estabelecidos nos itens 8.4 e 8.5, e não tendo sido reparado(s) o(s) defeito(s), a CONTRATADA será obrigada a substituir o bem defeituoso por outro novo e em perfeitas condições de uso.

8.7. Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como consertos, substituição de peças, transporte, mão-de-obra, manutenção dos bens, etc., correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo à CONTRATANTE quaisquer ônus.

8.8. A CONTRATADA deverá manter estoques de peças de reposição suficientes, por um prazo de 05 (cinco) anos após a emissão do Certificado de Aceitação dos Equipamentos, de modo a assegurar o fornecimento de peças consumíveis de reposição.

Cláusula Nona – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Além das obrigações constantes de cláusulas próprias deste contrato, do Edital de Cotação e seus anexos, e em especial as definidas na legislação vigente, cabe à CONTRATADA:

9.1.1 Designar, por escrito, o seu representante para resolução de eventuais ocorrências durante a execução deste Contrato, relativas à assistência técnica dos equipamentos e dos bens adquiridos;

9.2.2. Zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e humanos necessários;

9.1.3. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas relacionadas à execução do contrato, tais como, mas não se limitando a, transportes, frete, carga e descarga etc.;

9.1.4. Cumprir a legislação municipal, estadual e federal relacionada à execução do contrato;

9.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na cotação indicada no preâmbulo deste termo;

9.1.6. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade que possa afetar a execução do contrato;

9.1.7. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento;

9.1.8. Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários, resultantes da execução deste contrato, nos termos do artigo 71 da Lei Federal nº 8.666/93;

9.1.9. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de medicina e segurança de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

9.1.10. Atender prontamente a qualquer reclamação, exigência, ou observação por parte da CONTRATANTE;

9.1.11. Substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os bens que apresentarem qualquer irregularidade;

9.1.12. Efetuar os testes de funcionamento do objeto contratado, acompanhado de representantes da CONTRATANTE. As falhas ou defeitos eventualmente encontrados deverão ser prontamente reparados ou substituídos pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, mesmo quando o defeito não possa ser corrigido no local;

9.1.13. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os equipamentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da fabricação ou havidos em período anterior à entrega dos mesmos à CONTRATANTE;

9.1.14 A CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto contratado, para os servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes no convênio financiador deste contrato e dos órgãos de controle interno e externo, sempre que lhe for solicitado, nos termos da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127/2008.

Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Sem prejuízo do integral cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato, cabe à CONTRATANTE:

10.2. Indicar formalmente o empregado responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual;

10.3. Permitir o livre acesso dos funcionários da CONTRATADA e da CONCEDENTE dos recursos, ou ainda auditores, em suas dependências, para fins de realizar vistorias.

10.4. Prestar à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários que eventualmente venham a ser solicitados.

10.5. Solicitar a substituição/reparo dos equipamentos que apresentarem defeitos durante o prazo de garantia;

10.6. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço de Assistência Técnica por intermédio de empregados designados para este fim.

Cláusula Décima Primeira – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

11.1. A CONTRATADA não poderá subcontratar, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, nem cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sem a anuência prévia e expressa da CONTRATANTE.

Cláusula Décima Segunda – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DOS BENS CONTRATADOS

12.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários ao objeto contratado, a critério exclusivo da CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do Contrato.

12.2. Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente Contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Terceira – DAS PENALIDADES

13.1. A CONTRATADA estará sujeita às penalidades previstas na Lei n.º 8.666/93, Lei n.º 10.520/02 e no Decreto Federal n.º 3.555/00, e suas atualizações, e demais normas vigentes, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis.

13.2. A sanção de que trata o item 13.1. desta cláusula será aplicada sem prejuízo das demais cominações legais e das multas, garantido o exercício prévio do direito de defesa. Dessa forma, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor global do Contrato, por dia em que, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido nesta cotação eletrônica de preços, bem como as sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, na Lei n.º 10.520/2002, no Decreto n.º 3.555/2000, valendo ressaltar que:

13.2.1. A multa a que alude o item acima não impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o contrato;

13.2.2. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE;

13.3. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Contrato não exclui a possibilidade de aplicação das demais, bem como das penalidades previstas nas Leis Federais n.º 8.666/93 e n.º 10.520/02, no Decreto Federal n.º 3.555/00, e suas atualizações.

Cláusula Décima Quarta – DO REAJUSTE DOS PREÇOS

14.1. O valor estipulado neste contrato é fixo e irredutível.

Cláusula Décima Quinta – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

15.1. O presente contrato poderá ser alterado de acordo com as hipóteses previstas no artigo 65, incisos e parágrafos da Lei n.º 8.666/93.

Cláusula Décima Sexta - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

16.1. Este contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93.

16.2. A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos da CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Sétima – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos.

17.1.1. O Edital da cotação eletrônica de preços nº 888743/2019 e seus anexos;

17.1.2. A proposta apresentada pela CONTRATADA;

17.2. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, no que couber, subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 23 de junho de 1993, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

17.3. Para dirimir eventuais dúvidas e litígios oriundos do presente contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca da Capital do Estado de Goiás, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser.

E assim, por estarem às partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual forma e teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Goiânia, 06 de fevereiro de 2020.

Contratante: Associação De Combate Ao Câncer Em Goiás

Contratada: _____

Testemunha

Nome:

CPF:

Testemunha

Nome:

CPF:

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DO MENOR

....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)....., portador (a) da Carteira de Identidade n..... e do CPF nº....., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

....., de maio de 2020.

(Representante legal)

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE FATO IMPEDITIVO SUPERVENIENTE À SUA PARTICIPAÇÃO

.....(nome empresa)....., inscrito no CNPJ n°....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade n°..... e do CPF n°, DECLARA, para fins de participação, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na Cotação de Preço N.º 888743/2019, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser verdade firmo a presente.

....., de maio de 2020.

(Representante legal)

ANEXO V - ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

.....(nome empresa que comprou equipamento similar)....., inscrito no CNPJ nº....., atesta para os devidos fins que adquiriu da empresa o(s) seguinte(s) produto(s):(descrever o material)..... e que o(s) mesmo(s) encontram-se em uso.

Atestamos ainda que o produto foi entregue satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

....., de maio de 2020.

(Representante legal)

**ANEXO VI - DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE OS PRODUTOS OFERTADOS
CONDIZEM COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**

.....(nome empresa)....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade nº..... e do CPF nº, DECLARA, sob as penas da Lei, que os materiais ofertados condizem com as especificações exigidas no Termo de Referência, em especial com as características técnicas do mesmo.

Por ser verdade firmo a presente.

....., de maio de 2020.

(Representante legal)

ANEXO VII - DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE OS PREÇOS CONTIDOS NA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS

.....(nome empresa)....., inscrito no CNPJ nº....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade no..... e do CPF nº, DECLARA, sob as penas da Lei, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como, mas não se limitando a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

Por ser verdade firmo a presente.

....., de maio de 2020.

(Representante legal)