

RESPOSTA DE RECONSIDERAÇÃO - CONVÊNIO SICONV 877750/2018

COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS: EDITAL 015/2019

ITEM 12 – VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO

A empresa Biomed questionou a respeito da desclassificação quanto à assistência técnica, e o quesito foi reconsiderado:

- A proposta da empresa Leistung (Leistung Luft 3) atende às especificações técnicas, exigências do processo incluindo a assistência técnica e apresentou o menor preço;
- A proposta da empresa Hospcom (Mindray Synovent E3) atende às especificações técnicas mas ofertou equipamento com tempo inferior (12 meses) de garantia ao solicitado (24 meses), foi informado sobre a assistência técnica;
- A proposta da empresa Biomed (Tecme Graphnet TS) atende às especificações técnicas e foi informado sobre a assistência técnica, apenas não apresentou o menor valor dentre as propostas.

Sendo assim, a Leistung permanece vencedora no item.

Goiânia, 22 de Outubro de 2019.



Eng^a Luiza Irina Lima
CREA: 27855/D-DF