

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cliente ACCG
Hospital do Câncer Araújo Jorge

Comunicação N° 005

Remetente Supervisão de Engenharia Clínica

Para Setor de Compras

Parecer Técnico edital 002/2022 - Convênio 868985/2018

Item 02 – Colposcópio

Após análise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo **ATENDEM** a necessidade e pedido inicial.

Empresa	Marca	Modelo
MEDPEJ	Medpej	PE700*
Manancial	Medpej	PE700*

*Modelo informado na proposta às fls.35 verificado no site da ANVISA e no site da empresa equipamento possui braço pantográfico.

A empresa **Mais Ética** com o Equipamento da marca GG Equipamentos modelo MD500 **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

- Equipamento ofertado possui apenas aumento variável de 3 posições (7x, 14x e 25x) e o solicitado foi de 05 posições (3 a 14) ou superior.

Goiânia, 15 de Fevereiro de 2021

Renata Vila Verde D. Garrote
Eng. Clínica
CREA - 14910/D-GO

Renata Vila Verde
Engenharia Clínica

AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS

Edital 002/2022 - Convênio 868985/2018

Item 01: Projeto Multimídia (Datashow)

Após análise técnica conclui-se que o item ofertado pela empresa MAIS ÉTICA Projetor 4500 Lumens Multilaser PJ004 Smart Screen Linux atende os requisitos solicitados em edital, portanto, a empresa esta **HABILITADA**.

Goiânia, 22 de março de 2022.



Priscila Maciel Bezerra
Coordenadora TI



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070
www.accg.org.br