

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cliente ACCG
Hospital do Câncer Araújo Jorge
Comunicação N° 033
Remetente Supervisão de Engenharia Clínica
Para Setor de Compras

Parecer Técnico edital 013/2021 - Convênio 900610/2020

Item 01 – Monitor Multiparâmetro

Conforme tabela em anexo e após análise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo **ATENDEM** a necessidade e pedido inicial.

| Empresa | Marca | Modelo |
|---------|---------|------------|
| Drager | Drager | Vista 120S |
| Hospcom | Mindray | EPMC12 |
| Philips | Philips | CM120 |

A empresa **ALFAMED SISTEMAS MÉDICOS** com o Equipamento da marca **Alfamed** modelo **VITA i120 NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

- Capacidade de imprimir em impressora externa (via rede/central) os dados do paciente: Curvas; Tendências; Eventos de alarmes; Características do Software

-Análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais: Não informa na proposta e no catálogo enviado se o monitor realiza análise de arritmias em pacientes neonatais

As empresas **Hypermedical e RC Hospitalar** com o Equipamento da marca **Comen** modelo **8000E NÃO ATENDEM** a necessidade conforme pontos abaixo:

- Proteção contra descarga de desfibrilador; Proteção contra interferência de bisturi elétrico; Detecção de pulso de marca-passo;

- Capacidade de imprimir em impressora externa (via rede/central) os dados do paciente: Curvas; Tendências; Eventos de alarmes; Características do Software

- Assistência técnica em Goiás/Brasília



COMUNICAÇÃO INTERNA

A empresa **Medicenter** com o Equipamento da marca **Bistos NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

- Análise de arritmias em pacientes adultos, pediátricos e neonatais;
- Anvisa, registro com validade até 29/06/2021 (conforme anexo), até a aquisição o registro estará expirado.

Goiânia, 04 de Junho de 2021

Renata Vila Verde D. Garrote
Eng. Clínica
CREA 14910/D-GO

Renata Vila Verde
Engenharia Clínica

Zimbra

leilinary.gil@haj.org.br

RE: Convênio 900610/2020 Edital nº 013/2021

De : Licitacoes_Philips_BR (Functional Account)
<licitacoes.brasil@philips.com>

Qui, 25 de nov de 2021 10:25

Assunto : RE: Convênio 900610/2020 Edital nº 013/2021

Para : Leilinary Gil <leilinary.gil@haj.org.br>

Cc : gisele.comercial
<gisele.comercial@vanguarda.net.br>, Figueira,
Avelino <Avelino.Figueira@philips.com>, Miranda,
Romero <romero.miranda@philips.com>, Silva,
Danilo Gaudencio
<danilo.gaudencio.silva@philips.com>,
marcus.gerentecomercial
<marcus.gerentecomercial@vanguarda.net.br>

Prezada, Leilinary Gil.

Bom dia, tudo bem?

Podemos seguir com a inclusão do suporte de parede.

Att.

Gabriela Florenza Queiroz Beloto
Licitações – Philips Medical Systems

Cel: (11) 96910-9045

Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939 4º Andar
Torre Jacarandá - CEP 06460-040 - Barueri/SP - Brasil

From: Leilinary Gil <leilinary.gil@haj.org.br>

Sent: quarta-feira, 24 de novembro de 2021 11:16

To: gisele.comercial <gisele.comercial@vanguarda.net.br>

Subject: Convênio 900610/2020 Edital nº 013/2021

Importance: High

Bom dia,

Durante análise técnica das propostas recebidas para o Monitor Multiparâmetros do Convênio 900610/2020 edital 013/2021, observamos que há divergência entre o Plano de Trabalho e o edital. Ficou faltando a seguinte informação no edital: **Deve possuir Suporte para monitor de parede.

Sua proposta contempla este item?

Atenciosamente,