

## COMUNICAÇÃO INTERNA

**Cliente** ACCG  
Hospital do Câncer Araújo Jorge  
**Comunicação N°** 075  
**Remetente** Supervisão de Engenharia Clínica  
**Para** Setor de Compras

### Parecer Técnico edital 009/2022 - Convênio 888142/2019

#### Item 01 – Oxímetro de pulso

Conforme tabela em anexo e após análise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo **ATENDEM** a necessidade e pedido inicial.

Empresa	Marca	Modelo
Hospcom	-	UT-100
Mais ética	-	UT-100

A empresa **R&D Medic** com o Equipamento modelo HANDY **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

- Não possui tecnologia Nellcor.
- Não atende pacientes neonatais, divergindo do solicitado.

A empresa **Alfamed** com o Equipamento modelo SENSE 10 **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

- Não possui tecnologia Nellcor.
- Não possui tela lcd colorida.

A empresa **Endobarax** com o Equipamento modelo GENERAL **NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

- Não possui tecnologia Nellcor.
- Não informa na proposta se acompanha sensor adulto com tecnologia nellcor.



## COMUNICAÇÃO INTERNA

**Item 02 – Monitor de pressão Intracraniana (PIC)**

**Não houve proposta para este item.**

Goiânia, 08 de Junho de 2022

*Renata Vila Verde D. Garrote*  
Eng. Clínica  
CREA - 14910/D-GO

---

**Renata Vila Verde**  
**Engenharia Clínica**