

ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 055/2021

Às nove horas e trinta minutos do dia 08 de setembro de dois mil e vinte e dois, na sala do Setor de Compras da Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, foi realizada reunião para análise e julgamento das propostas recebidas para a cotação eletrônica de preços Plataforma+ Brasil nº 055/2021. Estavam presentes na reunião os membros da equipe técnica da cotação, instituída pela Portaria de Designação nº 061/2021: Bettina Marta Magni – Gerente de Suprimentos e Infraestrutura, Leidiane Mendes dos Santos – Supervisora de Compras, Vera Lucia Monteiro de Paula – Supervisora de Patrimônio, Leiliny Gil – Analista de Compras. Informamos que o membro Renata Vila Verde, não faz mais parte da Comissão de Licitação da ACCG. Inicialmente foi feito uma explanação sobre as etapas e procedimentos do processo de cotação e as atribuições do responsável técnico, ressaltando sua importância, pois estão sobre sua responsabilidade de escolher os equipamentos, conforme especificação técnica aprovada e publicada, que serão adquiridos, uma vez que o critério de decisão não é apenas preço, mas, sobretudo, qualidade técnica. Na sequência, foi informado que a cotação foi realizada para execução do convênio nº 918334/2021 firmado entre a instituição e o Ministério da Saúde, cujo objeto é a aquisição de (01) uma Lavadora Ultrassônica, (03) três Esfigmomanômetro Adulto, (01) uma Secadora de Traqueias, (07) sete Seladoras e (04) quatro Cama Hospitalar Tipo Fowler. O aviso da cotação foi publicado dia 14 de dezembro de 2021, findando-se o prazo no dia 31 de janeiro de 2022, no site www.accg.org.br e teve seu edital anexado no portal Plataforma + Brasil para conhecimento dos fornecedores antes de realizarem a cotação. Segue abaixo o resumo do certame.

1. O item **LAVADORA ULTRASSÔNICA** obteve 07 (sete) propostas conforme segue:

Item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
1	LAVADORA ULTRASSÔNICA	2	R\$ 27.500,00	R\$ 55.000,00	PSM EQUIPAMENTOS
			R\$ 28.848,98	R\$ 57.697,96	MÁXIMA DENTAL
			R\$ 29.940,00	R\$ 59.880,00	MANANCIAL DISTRIBUIDORA
			R\$ 30.800,00	R\$ 61.600,00	LAB NEWS
			R\$ 31.255,00	R\$ 62.510,00	VS COSTA & CIA LTDA
			R\$ 33.851,00	R\$ 67.702,00	ORTOSÍNTese
			R\$ 35.442,00	R\$ 70.884,00	MAIS ETICA
Valor estimado para este item: R\$ 31.255,00					

As empresas **MAIS ÉTICA**, **LABNEWS** e **MAXIMA DENTAL** foram habilitadas, já as empresas **ORTOSÍNTese**, **VS COSTA & CIA LTDA**, **MANANCIAL DISTRIBUIDORA** e **PSM EQUIPAMENTOS**, foram inabilitadas pelo seguinte motivo: **ORTOSÍNTese** não atende a necessidade, pois não informa na proposta se o equipamento ofertado possui as características solicitadas, impossibilitando a análise completa do equipamento ofertado: Dosador de detergente enzimático (puxar o detergente automático); Possuir sistema de alarme de operação e sinalização do término da lavagem; dreno e micro válvula; No mínimo três programas; programação dos parâmetros tempo, temperatura e alarmes; Memória interna; Sistema de segurança contra sobre temperatura; Tampa superior em vidro temperado com sistema de amortecedor e vedação; Temporizador eletrônico microprocessado; Opera no modo frio ou aquecido (sistema de aquecimento); 08 conectores tipo universal, 08 conectores tipo rosca, 01 cesto de aço inox e demais acessórios para funcionamento do equipamento. **MANANCIAL DISTRIBUIDORA** não atende a necessidade, a empresa não informa na proposta se acompanha os acessórios solicitados. Conforme edital é obrigatório apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos, sendo item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento e por ser

2



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
 Rua 239, nº 206, St. Universitário
 Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070
 www.accg.org.br

[Handwritten signatures and initials]

considerado um opcional não se pode concluir se no valor ofertado inclui todos os acessórios. **VS COSTA** foi inabilitada pois, a empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital é obrigatório apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos, sendo item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento. **PSM EQUIPAMENTOS**: Tampa superior cotada do material de aço inox divergindo do solicitado que é vidro temperado. Portanto, este item será adquirido da empresa **MAXIMA DENTAL**.

2. O item **ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO** obteve (04) quatro propostas conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
2	ESFIGMOMANÔMETRO	3	R\$ 123,93	R\$ 371,79	R3 TECNOLOGIA
			R\$ 125,00	R\$ 375,00	NEGI EQUIPAMENTOS
			R\$ 139,80	R\$ 419,40	MANANCIAL DISTRIBUIDORA
			R\$ 198,00	R\$ 594,00	MAIS ÉTICA
Valor estimado para este item: R\$ 201,00					

As empresas **MAIS ÉTICA E R3 TECNOLOGIA** foram habilitadas, já as empresas **NEGI EQUIPAMENTOS E MANANCIAL DISTRIBUIDORA** foram inabilitadas pelos seguintes motivos: **NEGI EQUIPAMENTOS** foi inabilitada pois, a empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital é obrigatório apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos, sendo item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento. **MANANCIAL DISTRIBUIDORA** foi inabilitada pois a empresa cotou fecho em metal, divergindo do solicitado que foi velcro.

3. O item **SELADORA MANUAL PORTÁTIL** obteve (03) três propostas conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
3	SELADORA	7	R\$ 784,00	R\$ 5.488,00	MAIS ÉTICA
			R\$ 925,00	R\$ 6.475,00	NEGI EQUIPAMENTOS
			R\$ 1.159,00	R\$ 8.113,00	VS COSTA & CIA LTDA
Valor estimado para este item: R\$ 1.159,00					

Nenhuma empresa foi habilitada tecnicamente, as empresas **NEGI EQUIPAMENTOS**, **VS COSTA & CIA LTDA** e **MAIS ÉTICA** foram inabilitadas pelos seguintes motivos: As duas primeiras empresas ofertaram seladoras que não são do tipo alavanca, divergindo do solicitado em edital, a seladora deverá ser tipo alavanca, possibilitando selagem de soro acima de 500 ml. **MAIS ÉTICA**: Tempo médio de selagem aproximado de 5 a 7 segundos, divergindo do solicitado em edital, (3 segundos) e não possui mínimo de 06 níveis de temperatura. Portanto, este item será **FRACASSADO**. ✖

4. O item **SECADORA DE TRAQUEIAS** obteve 05 (cinco) propostas conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
3	SECADORA DE TRAQUEIAS	1	R\$ 41.500,00	R\$ 41.500,00	PSM EQUIPAMENTOS
			R\$ 46.073,00	R\$ 46.073,00	ORTOSINTESE
			R\$ 53.739,00	R\$ 53.739,00	MANANCIAL DISTRIBUIDORA
			R\$ 53.794,00	R\$ 53.794,00	VS COSTA & CIA LTDA
			R\$ 53.815,00	R\$ 53.815,00	MAIS ETICA
Valor estimado para este item: R\$ 53.794,00					



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
 Rua 239, nº 206, St. Universitário
 Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070
 www.accg.org.br

Somente a empresa **ORTOSINTESE** ficou habilitada tecnicamente, já as empresas **MAIS ÉTICA, VS COSTA, MANANCIAL DISTRIBUIDORA e ASSEPSIA** foram inabilitadas pelos seguintes motivos: **MAIS ÉTICA** não identificado na proposta nem nas especificações técnicas do catálogo os seguintes pontos: Porta de vidro temperado com vedação da porta em silicone impede a dissipação do calor e do ar, reduzindo expressivamente o ruído no ambiente; Deve possuir engate das traqueias removíveis e com bitolas especiais para facilitar a operação e assepsia; Porta frontal fabricada em vidro temperado; Câmara com capacidade para até 08 prateleiras ou superior para cesto e suporte para excesso de líquidos no interior da câmara de secagem; Equipamento dotado de ventilador para circulação do ar; Acompanhamento do status do processo pelo painel e impressora; Equipada com chave geral para casos de emergência e/ou até mesmo desligar o sistema; Dimensões aproximadas do equipamento (LXAXP) de (590x2180x460)mm. **VC COSTA e ASSEPSIA:** foram inabilitadas pois, as empresas copiaram o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital é obrigatório apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos, sendo item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento. **MANANCIAL:** Não identificado na proposta nem nas especificações técnicas do catálogo os seguintes pontos: Porta de vidro temperado com vedação da porta em silicone impede a dissipação do calor e do ar, reduzindo expressivamente o ruído no ambiente; Deve possuir engate das traqueias removíveis e com bitolas especiais para facilitar a operação e assepsia; Porta frontal fabricada em vidro temperado; Câmara com capacidade para até 08 prateleiras ou superior para cesto e suporte para excesso de líquidos no interior da câmara de secagem; Capacidade para até 35 traqueias ou superior; Equipamento dotado de ventilador para circulação do ar; Acompanhamento do status do processo pelo painel e impressora; Equipada com

chave geral para casos de emergência e/ou até mesmo desligar o Sistema; Dimensões aproximadas do equipamento (LXAXP) de (590x2180x460)mm. Portanto, este item será adquirido da empresa **ORTOSINTESE**.

5. O item **CAMA HOSPITALAR** obteve 07 (sete) proposta conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
5	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER	4	R\$ 9.932,50	R\$ 39.730,00	A SUPREMA COMERCIAL
			R\$ 12.100,00	R\$ 48.400,00	META HOSPITALAR
			R\$ 12.300,00	R\$ 49.200,00	RC MÓVEIS
			R\$ 14.458,50	R\$ 57.834,00	STRYKER DO BRASIL
			R\$ 15.205,00	R\$ 60.820,00	VALLITECH
			R\$ 18.499,00	R\$ 73.996,00	HOSPCOM
			R\$ 18.785,00	R\$ 75.140,00	ARJO
Valor estimado para este item: R\$ 18.785,00					


As empresas **META HOSPITAL, RC MÓVEIS, STRYKER DO BRASIL, VALLITECH, HOSPCOM e ARJO** foram habilitadas tecnicamente, somente a empresa **A SUPREMA** foi inabilitada pelo seguinte motivo: a empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital é obrigatório apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos, sendo item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento. Portanto, este item será adquirido da empresa **META HOSPITALAR**.

Sendo assim, homologamos as empresas **MAXIMA DENTAL, R3 TECNOLOGIA, ORTOSINTESE e META HOSPITALAR** como vencedoras do certame, já que foram as empresas que apresentaram os menores preços, dentro dos estimados no Plano de Trabalho. A comissão finaliza a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Goiânia, 08 de setembro de 2022.



Bettina Marta Magni
Gerente de Suprimentos



Leidiane Mendes dos Santos
Supervisora de Compras



Vera Lucia Monteiro de Paula
Supervisora de Patrimônio



Leiliny Gil
Analista de Compras



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070
www.accg.org.br