ATA DE REUNIÃO PARA JULGAMENTO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PRECOS Nº 057/2021

Às nove horas e trinta minutos do dia 27 de setembro de dois mil e vinte e dois, na sala do Setor de Compras da Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, foi realizada reunião para análise e julgamento das propostas recebidas para a cotação eletrônica de preços Plataforma+ Brasil nº 057/2021. Estavam presentes na reunião os membros da equipe técnica da cotação, instituída pela Portaria de Designação nº 062/2021: Bettina Marta Magni – Gerente de Suprimentos e Infraestrutura, Leidiane Mendes dos Santos – Supervisora de Compras, Vera Lucia Monteiro de Paula – Supervisora de Patrimônio e Leilinay Gil – Analista de Compras. Informamos que o membro Renata Vila Verde, não faz mais parte da Comissão de Licitação da ACCG. Inicialmente foi feito uma explanação sobre as etapas e procedimentos do processo de cotação e as atribuições do responsável técnico, ressaltando sua importância, pois estão sobre sua responsabilidade de escolher os equipamentos, conforme especificação técnica aprovada e publicada, que serão adquiridos, uma vez que o critério de decisão não é apenas preço, mas, sobretudo, qualidade técnica. Na sequência, foi informado que a cotação foi realizada para execução do convênio nº 900613/2020 firmado entre a instituição e o Ministério da Saúde, cujo objeto é a aquisição (01) um Carro Maca Avançado, (03) três Cadeira de Banho/ Higiênica, (01) um Banho Maria, (01) Monitor Multiparâmetros, (02) duas Mesa Cirúrgica Elétrica, (01) um Cardioversor, (02) dois Desumidificador, (01) uma Pistola de Biópsia Mamária e (02) duas Estufas de Secagem e Esterilização. O aviso da cotação foi publicado dia 05 de abril de 2022, findando-se o prazo no dia 29 de abril de 2022, no site www.accg.org.br e teve seu edital anexado no portal Plataforma + Brasil para conhecimento dos fornecedores antes de realizarem a cotação. Segue abaixo o resumo do certame.

1. O item obteve CARRO MACA AVANÇADO obteve 03 (três) propostas conforme segue:

Item	Empresa	Quant		Valor unitário		alor total	Empresas participantes			
			R\$	8.900,00	R\$	8.900,00	RC MÓVEIS			
1	1 CARRO MACA AVANÇADO	1	R\$	9.100,00	R\$	9.100,00	GRUPO KSS			
			R\$	12.000,00	R\$	12.000,00	DELCIO MÓVEIS			
	Valor estimado para este item: R\$ 9.174,00									



www.accg.org.br

As empresas **RC MÓVEIS** e **DELCIO MOVEIS** foram habilitadas tecnicamente, já a empresa **GRUPO KSS** foi inabilitada pelo seguinte motivo: as especificações técnicas informadas pela empresa diverge do solicitado em edital (leito: C=1800mm x L +600mm X A+670 mm 960mm). Portanto este item será adquirido da empresa **RC MÓVEIS**, que ofertou o menor preço dentro do estimado no plano de trabalho.

2. O item CADEIRA BANHO HIGIÊNICA obteve (02) propostas conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor	unitário	Va	lor total	Empresas participantes		
2	CADEIRA BANHO HIGIÊNICA	2	R\$	690,00	R\$	2.070,00	DELCIO MÓVEIS		
		3	R\$	805,00	R\$	2.415,00	QUALITECK		
Valor estimado para este item: R\$ 461,00									

As empresas **QUALITECK** e **DELCIO MOVEIS** foram habilitadas tecnicamente, porém os valores cotados ficaram acima do estimado no plano de trabalho. Logo, este item será **FRACASSADO**.

3. O item BANHO MARIA obteve (03) três propostas conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitário		Va	lor total	Empresas participantes				
			R\$	7.700,00	R\$	7.700,00	SOLAB				
3	BANHO	1	R\$	8.290,00	R\$	8.290,00	MANANCIAL DISTRIBUIDORA				
	MARIA	1	R\$	8.900,00	R\$	8.900,00	MAIS ÉTICA				
			R\$	10.339,00	R\$	10.339,00	VC COSTA & CIA				
	Valor estimado para este item: R\$ 10.339,00										

Somente a empresa SOLAB ficou habilitada tecnicamente, já as empresas MAIS ETICA e VS COSTA foram inabilitadas pelos seguintes motivos: MAIS ÉTICA faixa de temperatura de ambiente até 100° diverge do solicitado em edital (-10° até 120°). Não informa capacidade de quantidade de tubos. VS COSTA a empresa copiou o descritivo na integra impedindo a verificação técnica do equipamento e conforme edital " É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos, sendo item passível de desclassificação". MANANCIAL DISTRIBUIDORA faixa de temperatura entre ambiente até 100° diverge do solicitado em edital (-10° até 120°). Não informa na proposta as dimensões do equipamento.

4. O item MONITOR MULTIPARÂMETROS obteve (04) quatro propostas conforme segue:



2

item	Empresa	Quant	Valo	Valor unitário		olor total	Empresas participantes			
		1	R\$	12.398,00	R\$	12.398,00	ALFAMED			
4			R\$	16.899,00	R\$	16.899,00	ноѕрсом			
4	MONITOR MULTIPARAMETROS		R\$	17.560,00	R\$	17.560,00	HYPERMEDICAL			
			R\$	18.200,00	R\$	18.200,00	MANANCIAL DISTRIBUIDORA			
	Valor estimado para este item: R\$ 17.565,00									

Somente a empresa HOSPCOM foi habilitada tecnicamente, já as empresas ALFAMED, HYPERMEDICAL e

MANANCIAL DISTRIBUIDORA foram inabilitadas pelos seguintes motivos: ALFAMED apresentou em sua proposta equipamento ALFA MED VITA 600, não foram informados alguns itens na proposta, como: possibilidade de conectividade com dispositivos externos, como ventiladores pulmonares e bombas de infusão e possibilidade futura para controle remoto para controlar o equipamento a distância em caso de isolamento devido a vírus altamente transmissíveis. Alguns itens que foram informados na proposta, não foram encontrados no manual de usuário que consta no registro da ANVISA, como: permitir a conexão e, pelo menos, 1 (uma) tela escrava ou independente, onde se podem ter diferentes visualizações das informações e parâmetros monitorados e possui teclas de atalhos, para acesso rápido ás principais funções do monitor multiparamétrico, como configurações de telas, inserção de informações do paciente, ajustes de volume de tons ou alarmes, revisão de dados do paciente armazenados em memória, acesso a cálculos, entre outras funções. O item DeltaPP, VPP, consta na proposta, porém no manual do equipamento essa informação diz respeito a monitoração de pressão invasiva, parâmetros esse que não está citado com incluso na proposta. HYPERMEDICAL não identificado na proposta ou catalogo a tela escrava; os acessórios extras e local de assistência técnica não foi indicado. MANANCIAL DISTRIBUIDORA Resolução da tela inferior ao solicitado (mínimo 1024x 768) o que interfere diretamente na qualidade das imagens; não identificado na proposta ou catálogo tela escrava; monitoração simultânea inferior ao solicitado, sendo permitido no máximo 8 e no edital solicita 10; não identificado na proposta ou catalogo: faixas de varredura e FC; medida de Frequência respiratória e Faixa de Medição. Portanto, este item será adquirido da empresa HOSPCOM.

5. O item MESA CIRURGICA ELETRICA obteve (04) quatro propostas conforme segue:



(62) 3878-7000 | 3243-7000 Rua 239, nº 206, St. Universitário Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070

www.accg.org.br

3

item	Empresa	Quant	Val	Valor unitário		alor total	Empresas participantes			
			R\$	46.500,00	R\$	93.000,00	MEDIFARR			
			R\$	47.000,00	R\$	94.000,00	BARRFAB			
5	MESA CIRURGIA ELÉTRICA	2	R\$	57.000,00	R\$	57.000,00	TESLA			
			R\$	57.500,00	R\$	57.500,00	GRUPO KSS			
			R\$	57.600,00	R\$	57.600,00	MAIS ÉTICA			
	Valor estimado para este item: R\$ 57.700,00									

As empresas MEDIFARR, BARRFAB, GRUPO KSS e MAIS ÉTICA foram habilitadas tecnicamente, já a empresa TESLA foi inabilitada pelo seguinte motivo: Empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital "É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento." com isso a empresa não atende ao edital.

6. O item CARDIOVERSOR obteve (02) duas propostas conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitário		Valor total	Empresas participantes			
6	6 CARDIOVERSOR	1	R\$	23.680,00	R\$ 23.680,00	MANANCIAL DISTRIBUIDORA			
		1	R\$	27.500,00	R\$ 27.500,00	DIVERSAMED			
	Valor estimado para este item: R\$ 27.528,00								

Somente a empresa DIVERSAMED foi habilitada tecnicamente, já a empresa MANANCIAL DISTRIBUIDORA foi inabilitada pelo seguinte motivo: Além de não identificar na proposta ou no catálogo o descritivo solicitado, o item não contempla as seguintes especificações: tempo de carga para 200 joules; indicador visual nas pás; pás autoclaváveis; quantidade de pixels em tela; índice de proteção; amplitude de ECG; velocidade de varredura; formas de desarmar em menos de 60 segundos; possíveis comunicações para transferência de dados; possíveis testes e tecnologia sem fio. Portanto, este item será adquirido da empresa DIVERSAMED.

7. O item ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO obteve apenas (01) uma proposta conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitá	rio	٧	alor total	Empresas participantes					
7	ESTUFA DE SECAGEM	1	R\$ 3.55	59,92	R\$	3.559,92	MANANCIAL DISTRIBUIDORA					
	Valor estimado para este item: R\$ 3.569,00											

Somente a empresa MANANCIAL DISTRIBUIDORA foi habilitada tecnicamente. Portanto, este item ser adquirido da empresa MANANCIAL DISTRIBUIDORA.



(62) 3878-7000 | 3243-7000 Rua 239, nº 206, St. Universitário Goiânia · Goiás · Brasil · CEP 74.605-070

Não houve propostas para os itens **DESUMIDIFICADOR e PISTOLA DE BIÓPSIA MAMÁRIA.** Portanto a licitação para estes itens foi **DESERTA.**

Sendo assim, homologamos as empresas RC MÓVEIS, SOLAB, HOSPCOM, MEDIFARR, DIVERSAMED e MANANCIAL DISTRIBUIDORA como vencedoras do certame, já que foram as empresas que apresentaram os menores preços, dentro dos estimados no Plano de Trabalho. A comissão finaliza a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Goiânia, 27 de setembro de 2022.

Leidiane Mendes dos Santos Supervisora de Compras

Leilinay Gil Analista de Compras

Vera Lucia Monteiro de Paula Supervisora de Patrimônio

Bettina Marta Magni Gerente de Suprimentos