

COMUNICAÇÃO INTERNA

Cliente ACCG
Hospital do Câncer Araújo Jorge
Comunicação N° 082
Remetente Supervisão de Engenharia Clínica
Para Setor de Compras

Parecer Técnico edital 056/2022 - Convênio 917862/2021

Item 01 – Monitor Multiparamétrico

Conforme tabela em anexo e após análise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo **ATENDEM** a necessidade e pedido inicial.

Empresa	Marca	Modelo
HOSPCOM	MINDRAY	EPMC12

A empresa **ALPHAMED, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Não informa possibilidade futura para utilizar controle remoto

A empresa **HYPERMEDICAL, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Não informa se possui tela escrava
- Não localizado a informação de execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios.
- Não informa se possui acessório de cabo de ecg de 10 vias..
- Não informa possibilidade futura para utilizar controle remoto
- Não informa a existência de assistência técnica em Goiás e Brasília.

COMUNICAÇÃO INTERNA

A empresa **RC HOSPITALAR, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- A empresa copiou o descritivo na íntegra impedindo a verificação técnica do equipamento cotado. Conforme edital "É obrigatório a apresentação no orçamento da descrição completa e detalhada do equipamento com todos os dados técnicos. Sendo um item passível de desclassificação por falta de informações técnicas não permitindo assim a avaliação do equipamento." com isso a empresa não atende ao edital.

A empresa **MANANCIAL, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Resolução da tela de divergente, sendo inferior ao solicitado;
- Não informa se possui tela escrava;
- Possui apenas 8 curvas simultâneas o edital solicita 10;
- Não localizado a informação de execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios.
- Não informa se possui acessório de cabo de ecg de 10 vias.
- Não informa se a tecnologia de SPO2 é de baixa perfusão.

Item 02 – Ventilador Pulmonar

Conforme tabela em anexo e após análise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo **ATENDEM** a necessidade e pedido inicial.

Empresa	Marca	Modelo
HOSPCOM	MINDRAY	SV300

COMUNICAÇÃO INTERNA

A empresa **RC HOSPITALAR, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Não informa na proposta se atende pacientes neonatais
- Pressão controlada e pressão de suporte abaixo do solicitado
- Não informa as faixas de volumes solicitadas
- Não identificado terapia de alto fluxo
- Não identificado posição do misturador de gases
- A válvula exalatória é externa, divergindo do solicitado.
- Tela com 10 polegadas, menor do que o solicitado
- Não mostra apresentação de gráficos de tendência de no mínimo 60h PEP
- Não informado travamento de rodízios.
- Não identificado sistema de ventilação acionado por turbina.
- Não informa autonomia de bateria;
- Não identificado tecla de pausa inspiratória e expiratória
- Não informa se é possível verificar os últimos dados armazenados ao ligar o equipamento,
- Não identificado na proposta os acessórios;
- Não informado tensão e frequência.

A empresa **MANANCIAL, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:


Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

- Não informado terapia de oxigênio de alto fluxo
- Não informa na proposta se atende pacientes neonatais
- Não informado travamento de rodízios.
- A válvula exalatória é externa, divergindo do solicitado.
- Não foi identificado na proposta a monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos sendo estes necessariamente **autoclaváveis**.
- Não foi identificado todos os acessórios solicitados em edital

A empresa **MAGNAMED, NÃO ATENDE** a necessidade conforme pontos abaixo:

Não identificado na proposta os itens abaixo, impossibilitando a análise da especificação completa:

Renata Vila
Eng.
CREA - 14.123.000



COMUNICAÇÃO INTERNA

- Não foi identificado na proposta a monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos sendo estes necessariamente **autoclaváveis**.
- A válvula exalatória é externa, divergindo do solicitado.

Item 03 – Esfigmomanômetro

Conforme tabela em anexo e após análise técnica do item conclui-se:

As empresas abaixo **ATENDEM** a necessidade e pedido inicial.

Empresa	Marca	Modelo
NEGI	PREMIUM	-
MANANCIAL	PREMIUM	-
MAIS ÉTICA	PAMED	PA2006

Goiânia, 07 de junho de 2022

Renata Vila Verde Carrote
Eng.
CREA 149140-GO

Renata Vila Verde
Engenharia Clínica