	<b>PARECER TÉCNICO</b>		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	1 de 1

Goiânia, 23 de janeiro de 2024.

Prezado(a),

Em atendimento à solicitação realizada no Convênio 8887432019 edital 0162023, segue parecer:

Item – Estetoscópio

A empresa **Mais Etica** apresentou proposta do equipamento MISSOURI / 162/INX – Estetos-cópio – Duoscópic – Adulto, que **atende** aos requisitos solicitados;

Em anexo apresentamos o comparativo das propostas referente a todos os critérios de seleção citados no descritivo técnico. E as informações foram buscadas nas especificações e propostas enviadas pelos fornecedores, e em manuais quando estes foram disponibilizados.

**Este parecer técnico foi realizado pelo Setor de Engenharia Clínica – Orbis Engenharia Clínica e Hospitalar.**


Certos de contarmos com a presteza de sempre, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Anny dos Santos Natali

**Supervisora de Especificação Técnica**

	<b>PARECER TÉCNICO</b>		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	1 de 1

Goiânia, 29 de janeiro de 2024.

Prezado(a),

Em atendimento à solicitação realizada no Convênio 8887432019 edital 0162023, segue parecer:

Item – Estufa de Secagem e Esterilização

A empresa **Mais Ética** apresentou proposta do equipamento SOLIDSTEEL / SSDi 64L, que **não atende** aos requisitos solicitados:

- Estufa de esterilização com capacidade mínima de 81 até 100 litros, para secagem e esterilização;
- Câmara interna em aço inox aisi 304;
- Com termômetro sobressalente;

Em anexo apresentamos o comparativo das propostas referente a todos os critérios de seleção citados no descritivo técnico. E as informações foram buscadas nas especificações e propostas enviadas pelos fornecedores, e em manuais quando estes foram disponibilizados.

**Este parecer técnico foi realizado pelo Setor de Engenharia Clínica – Orbis Engenharia Clínica e Hospitalar.**


Certos de contarmos com a presteza de sempre, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Anny dos Santos Natali

**Supervisora de Especificação Técnica**

	<b>PARECER TÉCNICO</b>		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	1 de 2

Goiânia, 16 de fevereiro de 2024.

Prezado(a),

Em atendimento à solicitação realizada no Convênio 8887432019 edital 0162023, segue parecer:

Item – Oxímetro de pulso

A empresa **Mais Ética** apresentou proposta do equipamento / UT-100 MD, que **atende** aos requisitos solicitados.

A empresa **ALFA MED** apresentou proposta do equipamento ALFA MED / VIRTO, que **não atende** aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens e precisam ser esclarecidos:

- Software para armazenar, visualizar e compartilhar eventos através de cone-xão usb;
- Gerenciamento de informações do Paciente, incluindo nome, sexo e tipo;

A empresa **HOSPCOM** apresentou proposta do equipamento MINDRAY / PM-60, que **não atende** aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens e precisam ser esclarecidos:


- Indicador luminoso de alerta;
- Gerenciamento de informações do Paciente, incluindo nome, sexo e tipo;
- Equipamento deverá ser entregue com manual de operação ou instrução de uso em português;

Em anexo apresentamos o comparativo das propostas referente a todos os critérios de seleção citados no descritivo técnico. E as informações foram buscadas nas especificações e propostas enviadas pelos fornecedores, e em manuais quando estes foram disponibilizados.

**Este parecer técnico foi realizado pelo Setor de Engenharia Clínica – Orbis Engenharia Clínica e Hospitalar.**

Certos de contarmos com a presteza de sempre, desde já agradecemos.


Atenciosamente,

 ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR	<b>PARECER TÉCNICO</b>		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	2 de 2



*Anny dos Santos Natali*

**Supervisora de Especificação Técnica**

 <small>ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR</small>	<b>PARECER TÉCNICO</b>		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	1 de 2

Goiânia, 14 de maio de 2024.

Prezado(a),

Em atendimento à solicitação realizada no Convênio 8887432019 edital 0162023, segue parecer:

Item – Foco Cirurgico Móvel

A empresa **KSS COMÉRCIO** apresentou proposta do equipamento KSS / FOCO AUXILIAR SKYLED 120 COM EMERGÊNCIA, que **atende** aos requisitos solicitados.

A empresa **HOSPCOM** apresentou proposta do equipamento MINDRAY / FOCO CIRÚRGICO MÓVEL HYLED 600M, que **não atende** aos requisitos solicitados pois não informou o seguinte item:

- Empresa deverá realizar treinamento operacional;


A empresa **Mais Ética** apresentou proposta do equipamento MENDEL / FOCO AUXILIAR LED 3LE, que **não atende** ao requisito solicitado e não informou os seguintes itens:

- Não atende, Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas;
- Não informou, Dois pares de manoplas autoclaváveis;

A empresa **Proença Comercial** apresentou proposta do equipamento MEDPEJ / LED FL-2000 AL, que **não atende** ao requisito solicitado e não informou os seguintes itens:

- Não localizado Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas;
- Dois pares de manoplas autoclaváveis;
- Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);
- Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás.

Em anexo apresentamos o comparativo das propostas referente a todos os critérios de seleção citados no descritivo técnico. E as informações foram buscadas nas especificações e propostas enviadas pelos fornecedores, e em manuais quando estes foram disponibilizados.

 ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR	<b>PARECER TÉCNICO</b>		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	2 de 2

**Este parecer técnico foi realizado pelo Setor de Engenharia Clínica – Orbis Engenharia Clínica e Hospitalar.**

Certos de contarmos com a presteza de sempre, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



---

Anny dos Santos Natali

**Supervisora de Especificação Técnica**