

ATA DE JULGAMENTO DA COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS Nº 023/2023

Às nove horas e trinta minutos do dia 05 de setembro de dois mil e vinte e quatro, na sala do Setor de Compras da Associação de Combate ao Câncer em Goiás – ACCG, foi realizada reunião para análise e julgamento das propostas recebidas para a cotação eletrônica de preços nº 023/2024. Estavam presentes na reunião, Patrícia Fausta Ferreira Viveiros – Gerente de Suprimentos, Danielly de Souza Prado – Gerente de Engenharia e Infraestrutura, Tauane Neves Lopes de Araújo – Supervisora do Patrimônio e Engenheiro Clínico, que assina pela responsabilidade técnica Carlos Alberto da Silva Junior. Inicialmente foi feita uma explanação sobre as etapas e procedimentos do processo de cotação e as atribuições do responsável técnico, ressaltando sua importância, pois estão sobre sua responsabilidade de escolher os equipamentos, conforme especificação técnica aprovada e publicada, que serão adquiridos, uma vez que o critério de decisão não é apenas preço, mas, sobretudo, qualidade técnica. Na sequência, foi informado que a cotação foi realizada para execução do convênio nº 888743/2019 firmado entre a instituição e o Ministério da Saúde, cujo objeto é a aquisição de (02) Foco Cirúrgico de Solo Móvel, (02) Oxímetro de Pulso, (01) Estufa de Esterilização e (01) Estetoscópio, findando-se o prazo no dia 14 de junho de 2024, no site www.accg.org.br e teve seu edital anexado no portal Plataforma TransfereGov.br para conhecimento dos fornecedores antes de realizarem a cotação. Segue abaixo o resumo do certame:

O item **FOCO CIRÚRGICO MÓVEL** obteve 09 (nove) propostas conforme segue:

Item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
1	FOCO CIRURGICO MÓVEL	2	R\$ 14.000,00	R\$ 28.000,00	MEDPEJ
			R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00	PRO SAUDE
			R\$ 16.200,00	R\$ 32.400,00	GRUPO KSS
			R\$ 16.798,98	R\$ 33.597,96	ABSOLUTA SAUDE
			R\$ 18.904,00	R\$ 37.808,00	MANANCIAL
			R\$ 19.770,00	R\$ 39.540,00	MEDSYSTEM
			R\$ 19.500,00	R\$ 39.000,00	DURAN MEDECH
			R\$ 21.998,00	R\$ 43.996,00	PALAS
			R\$ 22.000,00	R\$ 44.000,00	HOSPCOM
Valor estimado para este item: R\$ 22.014,00*					

As empresas **MEDPEJ, GRUPO KSS, ABSOLUTA SAÚDE, HOSPCOM e MANANCIAL** foram habilitadas tecnicamente pela Engenharia clínica, conforme parecer técnico, pois atendem as especificações solicitadas em edital. Já as empresas **DURAN MEDECH, PRÓ SAÚDE e PALAS COMERCIAL** ficaram inabilitadas pelos seguintes motivos: **DURAN MEDECH** apresentou proposta do equipamento Inpromed / INP SL300, que não atende aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos: Não atende: Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas; Não localizado dois pares de manoplas autoclaváveis; Não localizado: Pedestal com rodízios; Forma de pagamento; Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite); Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma; Equipamento deverá ser entregue com manual de operação em português e manual de serviço em Português ou Inglês; As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos e Assistência Técnica. **PRÓ SAÚDE** apresentou proposta do equipamento Medlight / FA Apollo - 03x04 Bulbos Led, que não atende aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos: Não atende: Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas; Não localizado dois pares de manoplas autoclaváveis; Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite); Equipamento deverá ser entregue com manual de operação em português e manual de serviço em Português ou Inglês; As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos. **PALAS COMERCIAL** apresentou proposta do equipamento Foco auxiliar LED 3LE - Mendel, que não atende aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos: Não localizado dois pares de manoplas autoclaváveis; Não atende: Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas; Não atende: Prazo de entrega máximo 60 dias; Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite). Portanto, este item será adquirido da empresa **MEDPEJ**.

O item **OXÍMETRO DE PULSO** obteve 07 (sete) propostas conforme segue:

item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
2	OXIMETRO DE PULSO	2	R\$ 816,00	R\$ 1.632,00	ALFAMED
			R\$ 1.028,79	R\$ 2.057,58	MED MAX
			R\$ 1.550,00	R\$ 3.100,00	MEDSYSTEM
			R\$ 1.972,00	R\$ 3.944,00	MANANCIAL
			R\$ 2.214,00	R\$ 4.428,00	PALAS
			R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00	DURAN MEDECH
			R\$ 5.742,00	R\$ 11.484,00	HOSPCOM
Valor estimado para este item: R\$ 2.500,00*					

As empresas **ALFAMED, MED MAX, MEDSYSTEM, MANANCIAL, PALAS COMERCIAL, DURAN MEDECH e HOSPCOM** enviaram proposta e nenhuma ficou habilitada tecnicamente pela Engenharia clínica, conforme parecer técnico, pois não atendem as especificações solicitadas em edital. O valor do item na Tabela do SIGEM esta desfasado. Portanto, este item será **FRACASSADO**, e o mesmo não será adquirido pela ACCG.

O item **ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO** obteve 05 (cinco) propostas conforme segue:

Item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
3	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO	1	R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00	MARTE CIENTIFICA
			R\$ 3.530,00	R\$ 3.530,00	HOSPCOM
			R\$ 3.706,30	R\$ 3.706,30	FAZ VENDAS
			R\$ 4.416,00	R\$ 4.416,00	PALAS
			R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00	MEDSYSTEM
Valor estimado para este item: R\$ 4.500,00*					

As empresas **MARTE CIENTIFICA, HOSPCOM, FAZ VENDAS, PALAS COMERCIAL e MEDSYSTEM** foram inabilitadas pelo seguinte motivo: **MARTE CIENTIFICA** apresentou proposta do equipamento Marte / Medi-85, que não atende aos requisitos solicitados e não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos: Não localizado câmara interna em aço inox aisi 304; Não atende: Temperatura regulável até 300°C no mínimo; Não localizado: Chave liga/desliga; Não localizado: sistema de vedação em silicone, com termômetro sobressalente; Não localizado: Acompanhar todos os dispositivos e serviços necessários ao completo funcionamento; Não localizado: Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue com manual de serviço em português ou inglês, com termo de confidencialidade, se necessário; Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite); Não localizado: Existência de assistência técnica própria e/ou

3



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

Def. *Def.*
 (62) 3876-7000 | 3243-7000
 Rua 239, nº 206, St. Universitário
 Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070
 www.accg.org.br

autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue e instalado no local indicado pela Engenharia Clínica; Não localizado: As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos e Assistência Técnica. **FAZ VENDAS** apresentou proposta do equipamento SolidSteel / SSD 85L, que não atende aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens e precisam ser esclarecidos: Não localizado: sistema de vedação em silicone, com termômetro sobressalente; Não localizado: Temperatura regulável até 300°C no mínimo; Não localizado: Alimentação: 220v-60hz; Não localizado: Acompanhar todos os dispositivos e serviços necessários ao completo funcionamento; Não localizado: Frete incluso; Não localizado: Equipamento deverá ter registro válido na ANVISA; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue com manual de operação ou instrução de uso em português; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue com manual de serviço em português ou inglês, com termo de confidencialidade, se necessário; Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite); Não localizado: Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue e instalado no local indicado pela Engenharia Clínica; Não localizado: As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos e Assistência Técnica. **HOSPCOM** apresentou proposta do equipamento FANEM / 502 3-C, que não atende aos requisitos solicitados e não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos: Não localizado: Para secagem e esterilização câmara interna em aço inox aisi 304; Não localizado: Sistema de vedação em silicone, com termômetro sobressalente; Não atende: Temperatura regulável até 300°C no mínimo; Não localizado: Alimentação: 220v-60hz; Não localizado: Acompanhar todos os dispositivos e serviços necessários ao completo funcionamento; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue com manual de operação ou instrução de uso em português; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue com manual de serviço em português ou inglês, com termo de confidencialidade, se necessário; Não localizado: Empresa deverá realizar

treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite); Não localizado: As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos. **PALAS COMERCIAL** apresentou proposta do equipamento SolidSteel / SSe 85L, que não atende aos requisitos solicitados e não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos: Não localizado: Câmara interna em aço inox aisi 304; Não atende: Temperatura regulável até 300°C no mínimo; Não localizado: sistema de vedação em silicone, com termômetro sobressalente; Não localizado: Acompanha: todos os dispositivos e serviços necessários ao completo funcionamento; Não atende: Prazo de entrega máximo de 60 dias; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue com manual de operação ou instrução de uso em português; Não localizado: Equipamento deverá ser entregue com manual de serviço em português ou inglês, com termo de confidencialidade, se necessário; Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite); Não localizado: Equipamento deverá ser entregue e instalado no local indicado pela Engenharia Clínica. Nenhuma proposta ficou habilitada tecnicamente, portanto, este item será **FRACASSADO** e não será adquirido pela ACCG.

O item **ESTETOSCOPIO** obteve apenas (02) duas propostas, conforme segue:

Item	Empresa	Quant	Valor unitário	Valor total	Empresas participantes
4	ESTETOSCOPIO	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00	MEDSYSTEM
			R\$ 278,00	R\$ 278,00	PALAS
Valor estimado para este item: R\$ 170,00*					

As empresas **MEDSYSTEM** e **PALAS COMERCIAL** enviaram proposta para o item estetoscópio, porém, o valor das propostas estão acima do aprovado no Plano de trabalho e defasado na Tabela do SIGEM. Portanto, este item será **FRACASSADO**, e o mesmo não será adquirido pela ACCG.

Sendo assim, homologamos a empresa **MEDPEJ** como vencedora do certame, já que foi a empresa que apresentou o menor preço, dentro do estimado no Plano de Trabalho. A comissão finaliza a reunião, tendo sido lavrada a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Goiânia, 05 de setembro de 2024.



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

(62) 3878-7000 | 3243-7000
 Rua 239, nº 206, St. Universitário
 Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070
 www.accg.org.br

Patricia Fausta F. Viveiros
Patricia Fausta F. Viveiros
Biotecnologia - Bioquímica
CRP-GO 3961

Patricia Fausta Ferreira Viveiros
Gerente de Suprimentos

Danielly de Souza Castro Prado
Danielly de Souza Castro Prado
ACCG

Gerente de Engenharia e Infraestrutura

Carlos Alberto da Silva Junior
Carlos Alberto da Silva Junior
Supervisor de Engenharia Clínica



ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CÂNCER EM GOIÁS

Prof.
(62) 3878-7000 | 3243-7000
Rua 239, nº 206, St. Universitário
Goiânia - Goiás - Brasil - CEP 74.605-070
www.accg.org.br

ASU