

	PARECER TÉCNICO		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	1 de 3

Goiânia, 26 de agosto de 2024.

Prezado(a),

Em atendimento à solicitação realizada no Termo de Cotação 888743_2019 - 023_2024, segue parecer:

Item – Foco Cirurgico

O fornecedor **Medpej** ofertou o equipamento / Medpej – FL 2000 ALM24E, que **atende** a todos os requisitos solicitados.

O fornecedor **Grupo KSS** ofertou o equipamento / Foco auxiliar SKYLED 120 - KSS, que **atende** a todos os requisitos solicitados.

O fornecedor **Absoluta Saúde** ofertou o equipamento / Medlight / FA Apollo - 03x04 Bled, que **atende** a todos os requisitos solicitados.

O fornecedor **Hospcom** ofertou o equipamento / Mindray – HYLEED 600M, que **atende** a todos os requisitos solicitados.

O fornecedor **Manancial** ofertou o equipamento / FA Apollo 03x04 Bulbos LED, que **atende** a todos os requisitos solicitados.

A empresa **Duran Medech** apresentou proposta do equipamento Inpromed / INP SL300, que **não atende** aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos:

- Não atende: Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas;
- Não localizado dois pares de manoplas autoclaváveis;
- Não localizado: Pedestal com rodízios;
- Forma de pagamento;

	PARECER TÉCNICO		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	2 de 3

- Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);
- Existência de assistência técnica própria e/ou autorizada pelo fabricante dentro do Estado de Goiás, e deve ser enviada a documentação de autorização do fabricante em relação a mesma;
- Equipamento deverá ser entregue com manual de operação em português e manual de serviço em Português ou Inglês;
- As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos e Assistência Técnica.

A empresa **Pró Saúde** apresentou proposta do equipamento Medlight / FA Apollo - 03x04 Bulbos Led, que **não atende** aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos:

- Não atende: Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas;
- Não localizado dois pares de manoplas autoclaváveis;
- Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);
- Equipamento deverá ser entregue com manual de operação em português e manual de serviço em Português ou Inglês;
- As empresas devem garantir o fornecimento de peças de reposição no período de no mínimo 5 anos.

A empresa **Palas Comercial** apresentou proposta do equipamento Foco auxiliar LED 3LE - Mendel, que **não atende** aos requisitos solicitados pois não informou os seguintes itens que precisam ser esclarecidos:

- Não localizado dois pares de manoplas autoclaváveis;
- Não atende: Sistema de bateria recarregável de autonomia de no mínimo 5 horas;
- Não atende: Prazo de entrega máximo 60 dias;
- Não localizado: Empresa deverá realizar treinamento operacional para todos os turnos (manhã, tarde e noite);

Em anexo apresentamos o comparativo das propostas referente a todos os critérios de seleção citados no descritivo técnico. E as informações foram buscadas nas especificações e propostas enviadas pelos fornecedores, e em manuais quando estes foram disponibilizados.

Este parecer técnico foi realizado pelo Setor de Engenharia Clínica – Orbis Engenharia Clínica e Hospitalar.

 ENGENHARIA CLÍNICA E HOSPITALAR	PARECER TÉCNICO		
	Identificação	Documento de Referência	Página
	FOR ORBIS ECL 038 P	POP ORBIS ECL 005 R – SELEÇÃO E AQUISIÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE	3 de 3

Certos de contarmos com a presteza de sempre, desde já agradecemos.

Atenciosamente,



Anny dos Santos Natali

Supervisora de Especificação de Equipamentos Médicos